

光山县中医院西门子 64 排 CT 球管采用单一来源方式 采购征求意见公示无异议说明

光山县中医院西门子 64 排 CT 球管采购项目于 2025 年 07 月 03 日在中大国信工程管理有限公司开标室进行单一来源论证，黄宝昌、吕恩桥、姜家传三位专家给出了论证意见，一致建议此项目向西门子医疗系统有限公司进行单一来源采购。

光山县中医院西门子 64 排 CT 球管采购项目拟采用单一来源方式采购征求意见公示期限为 2025 年 07 月 04 日 00 时 00 分至 2025 年 07 月 10 日 23 时 59 分（北京时间，法定节假日除外），在公示期内未收到异议。

公示截图附后。





光山县中医院西门子64排CT球管采购项目单一来源论证公示

发布机构：中大国信工程管理有限公司 发布日期：2025-07-03 18:29 访问次数：3393

一、项目信息

1.项目名称：光山县中医院西门子64排CT球管采购项目

2.拟采购的货物或服务的说明

光山县中医院西门子64排CT目前无法正常工作，通过排查急需更换球管一根。

3.拟采购的货物或服务的预算金额：1500000元

4.单一来源原因及相关说明

1、球管是CT的核心部件，不是单独存在能使用的设备必须通过国家食品药品监督管理局球管与CT机整机的匹配性测试检验，才能保证安全、高效和更佳的图像质量。

2、西门子原厂球管设有不可替代的专利、其它品牌的球管与机器不能匹配。也不能提供与西门子CT机整机匹配性测试报告。

综上所述,现申请采用单一来源采购方式采购西门子64排CT球管。

二、拟定供应商信息

1.名称：西门子医疗系统有限公司

2.地址：中国（上海）自由贸易试验区英伦路38号五层516室

三、专家论证意见（不少于三名行业技术专家）

专家姓名	工作单位	职务（职称）	论证意见
黄宝昌	光山县妇幼保健院	副高	见专家论证意见附件
吕恩桥	光山县市场监管局	高级会计师	见专家论证意见附件
姜家传	光山县妇幼保健院	副主任医师	见专家论证意见附件

四、公示期限

2025年07月04日00时00分 至 2025年07月10日23时59分（北京时间，法定节假日除外。）

五、异议反馈时限

2025年07月04日00时00分 至 2025年07月10日23时59分

六、其他需要公示内容

潜在供应商对公示内容有异议的，请于公示期内以实名书面加盖公章（包括联系人、地址、联系电话）形式递交至采购人、采购代理机构，逾期不予受理。

七、联系方式

1.采购人信息

名称：光山县中医院

地址：光山县正大街光山县中医院

联系人：杨女士

联系方式: 0376-8892569

2.财政部门信息

名称: 光山县政府采购管理办公室

地址: /

联系人: /

联系方式: 0376-8856019

3.采购代理机构信息

名称: 中大国信工程管理有限公司

地址: 光山县盛世九龙小区南面门面房

联系人: 胡女士

联系方式: 0376-8788883

附件

专家论证1.jpg

专家论证3.jpg

专家论证2.jpg

版权所有 ©2007 河南省财政厅 网站标识码: 4100000057 备案号: 豫ICP备09005258号 豫公网安备 41010502006131号

地址: 河南省郑州市经三路25号 邮编: 450008 技术服务电话: 0371-65808207、0371-65808480

今日本站访问人数: 1817473, 今日本站访问量: 2094761, 今日全站访问量: 5589219, 累计全站访问量: 30491959556



政府网
找错


单一来源采购方式专业人员论证意见

采购单位	光山县中医院
项目信息	项目名称：光山县中医院西门子 64 排 CT 球管采购项目
	项目金额：150 万
	供应商名称：西门子医疗系统有限公司
专业人员信息	姓名：姜永传
	职称：副主任医师
	工作单位：光山县妇幼保健院
专业人员论证意见	1. 64排CT更换球管与原厂机型匹配，球管产品匹配具有唯一性。 2. 西门子原厂球管设有不可替代的专利，其他品牌的球管与机器不匹配。也不能匹配与西门子CT机整机匹配且经测试报告。 3. 光山县中医院可采用单一来源采购方式进行CT球管的采购。
专业人员签字： 姜永传	日期：2025年7月3日

单一来源采购方式专业人员论证意见

采购单位	光山县中医院
项目信息	项目名称：光山县中医院西门子 64 排 CT 球管采购项目
	项目金额：150 万
	供应商名称：西门子医疗系统有限公司
专业人员信息	姓名：黄宝忠
	职称：副主任医师
	工作单位：光山县妇幼保健院
专业人员论证意见	本项目系光山县中医院采购西门子64排CT球管项目，由于本次采购的产品是为了确保与原有CT主机及周边设备的配套使用。为了保证使用的匹配性，本次采购经过现场充分论证，需要由原厂提供。本次采购符合我国《政府采购法》第三十一条第三款规定的“必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求”，只能采用单一来源方式采购，供应商为西门子医疗系统有限公司。
专业人员签字：	日期：2025年 7月 3日 

单一来源采购方式专业人员论证意见

采购单位	光山县中医院
项目信息	项目名称：光山县中医院西门子 64 排 CT 球管采购项目
	项目金额：150 万
	供应商名称：西门子医疗系统有限公司
专业人员信息	姓名：吕恩桥
	职称：高级会计师
	工作单位：光山县市场监督管理局
专业人员论证意见	根据申请说明,及项目文件,了解到,该项目采购的是设备的核心部件,且通过测试的,才能达到安全性与稳定性。该设备原厂西门子球管有不可替代的专利,且与 CT 机整机匹配性,由此,同意采用单一来源方式,采购由西门子医疗系统有限公司提供的西门子 64 排,CT 球管。
专业人员签字： 	日期：2025 年 7 月 3 日