

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	息县人民医院
拟采购产品名称	息县人民医院超高端彩色多普勒诊断仪设备
拟采购产品金额	226.8万元
采购项目所属项目名称	息县人民医院超高端彩色多普勒诊断仪设备采购项目
采购项目所属项目金额	226.8万元

二、申请理由

☐1. 中国境内无法获取：

☐2. 无法以合理的商业条件获取：

☐3. 其它：

原因阐述：

1、进口设备成像分辨率高，图像衰减程度低，使用寿命长，国产设备图像相对衰减快，图像衰减后对于诊断造成很大影响。

2、进口设备相关智能软件可以帮助临床更有效、更便捷的获取标准切面。

3、进口彩超采用单晶体技术，真正在探头材料上解决对于肥胖病人的图像分辨率问题。

综上所述，申请采购进口品牌超高端彩色多普勒诊断仪。

三、专家论证意见

该超高端彩色多普勒诊断仪，具有成像分辨率高、图像衰减程度低、使用寿命长；其相关智能软件可以更有效、更便捷地获取标准切面，且可以解决肥胖病人的图像分辨率问题；基于上述原因建议采购进口产品。

同时，该产品非《中国禁止进口、限制进口产品目录》中规定的产品，采购行为符合相关法律法规的规定，建议依法采购进口产品。

专家签字：徐长旭

2025年7月8日