

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	息县中心医院
拟采购产品名称	X射线计算机体层摄影球管
拟采购产品金额	169 万元
采购项目所属项目名称	息县中心医院 X 射线计算机体层摄影球管采购项目
采购项目所属项目金额	169 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其它：	
原因阐述： 根据本院实际情况和业务技术发展需要进行 GE128 排 CT 球管更换，球管为 CT 产品主要部件之一，球管不是单独存在能使用的设备，要达到和 CT 整机匹配，才能保证设备运行安全和更佳的图像质量。该设备球管具有独特的技术要求，原厂球管的设计与制造严格依据 GE 原厂 CT 设备的电气接口、机械结构、散热系统及控制逻辑进行定制，具有较高的技术壁垒和研发投入要求。国产球管可能因接口不匹配、驱动信号不兼容等问题，造成设备主板烧毁、高压系统故障等严重后果。目前国内没有替代品，只能采购进口球管才能与设备配套使用故申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
该 X 射线计算机体层摄影球管非《中国禁止产品、限制产品进口目录》中规定的产品，采购行为符合有关法律、法规规定，建议依法采购该产品。	
专家签字：	孙德武
2025 年 2 月 4 日	