

单一来源采购方式专业人员论证意见

采购单位	息县中心医院	
项目信息	项目名称	息县中心医院 X 射线计算机体层摄影球管采购项目
	供应商名称	河南佳恩电子科技有限公司
专业人员信息	姓名	黄勇
	职称	
	工作单位	信阳德东商贸
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该球管是该机型专用配套的消耗性配件，是整体 CT 机的运转核心部件，属于专用配件，具有唯一性，其它品牌、型号球管无法替代使用，确保设备的整体预后及使用寿命，需从原厂采购。 根据政府采购法第三十一条规定，建议采用单一来源采购。	
专业人员签字	黄勇	日期：2015 年 12 月 4 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员单独分别论述，手工填写。