

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位

息县中心医院

拟采购产品名称

X射线计算机体层摄影球管

拟采购产品金额

169 万元

采购项目所属项目名称

息县中心医院 X 射线计算机体层摄影球管采购项目

采购项目所属项目金额

169 万元

二、申请理由

☐1. 中国境内无法获取:

☐2. 无法以合理的商业条件获取:

☒3. 其它:

原因阐述:

根据本院实际情况和业务技术发展需要进行 GE128 排 CT 球管更换,球管为 CT 产品主要部件之一,球管不是单独存在能使用的设备,要达到和 CT 整机匹配,才能保证设备运行安全和更佳的图像质量。该设备球管具有独特的技术要求,原厂球管的设计与制造严格依据 GE 原厂 CT 设备的电气接口、机械结构、散热系统及控制逻辑进行定制,具有较高的技术壁垒和研发投入要求。国产球管可能因接口不匹配、驱动信号不兼容等问题,造成设备主板烧毁、高压系统故障等严重后果。目前国内没有替代品,只能采购进口球管才能与设备配套使用故申请采购进口产品。

三、专家论证意见

该医院采购的球管设备属 GE 原厂系统,属于进口设备,具有较高的技术壁垒和研发要求,国产设备不匹配,无替代品。该产品不属于《中国禁止进口限制产品目录》中禁止或限制产品,建议采购进口产品。

专家签字:

丁杰

2025 年 12 月 4 日