

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	息县中心医院
拟采购产品名称	X 射线计算机体层摄影球管
拟采购产品金额	169 万元
采购项目所属项目名称	息县中心医院 X 射线计算机体层摄影球管采购项目
采购项目所属项目金额	169 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其它:	
原因阐述: 根据本院实际情况和业务技术发展需要进行 GE128 排 CT 球管更换, 球管为 CT 产品主要部件之一, 球管不是单独存在能使用的设备, 要达到和 CT 整机匹配, 才能保证设备运行安全和更佳的图像质量。该设备球管具有独特的技术要求, 原厂球管的设计与制造严格依据 GE 原厂 CT 设备的电气接口、机械结构、散热系统及控制逻辑进行定制, 具有较高的技术壁垒和研发投入要求。国产球管可能因接口不匹配、驱动信号不兼容等问题, 造成设备主板烧毁、高压系统故障等严重后果。目前国内没有替代品, 只能采购进口球管才能与设备配套使用故申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
该项目所需购置CT设备为通用GE同品牌部件, 为进口品牌, 具有较高的技术性, 国产设备不匹配, 无替代产品。该产品不属于《中国禁止进口限制产品目录》中禁止或限制产品, 建议采购进口品牌。	
专家签字:	
2025 年 12 月 4 日	