

单一来源采购方式专业人员论证意见

采购单位	息县中心医院	
项目信息	项目名称	息县中心医院 X 射线计算机体层摄影球管采购项目
	供应商名称	河南佳恩电子科技有限公司
专业人员信息	姓名	孙德武
	职称	/
	工作单位	信阳市农业综合行政执法支队
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 球管是该机型专用配套的消耗性配件,是CT机的核心部件,属于专用配件,具有唯一性,其他球管无法替代使用。根据《政府采购法》第三十一条规定,建议采用单一来源采购。	
专业人员签字	孙德武	日期:2025年12月4日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员单独分别论述,手工填写。