

单一来源采购方式专业人员论证意见

采购单位	息县中心医院	
项目信息	项目名称	息县中心医院 X 射线计算机体层摄影球管采购项目
	供应商名称	河南佳恩电子科技有限公司
专业人员信息	姓名	丁杰
	职称	医疗设备类 ✓
	工作单位	息县卫健委
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该采购的球管设备原厂设计与GE原厂CT的电气接口、机械结构、散热系统,定制,具有较之的技术壁垒和研发投入要求,且国产球管不匹配,驱动信号不兼容,目前国内无替代品,根据政府采购第三十一条规定,建议采用单一来源采购。	
专业人员签字	丁杰	日期: 2025年12月4日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员单独分别论述, 手工填写。