

ZFCG-G2023078号许昌市妇幼保健院强化可转换ICU建设项目(不见面开标)更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号： ZFCG-G2023078 号

原公告的采购项目名称： 许昌市妇幼保健院强化可转换 ICU 建设项目(不见面开标)

首次公告日期： 2023 年 9 月 28 日

二、更正信息

更正事项： ☒采购公告 ☒采购文件

更正内容：

1、招标文件 第二章 项目需求 二、采购清单

序号 1 新生儿无创高频呼吸机 技术规格及主要参数：

第 7 条：“具有 NCPAP、DuoVent、NIPPV、SNIPPV、HFNC、NHFO 至少六种无创通气模式。”现变更为“具有 NCPAP、NIPPV、SNIPPV、HFNC、NHFO 五种无创通气模式”。

第 8 条：“参数设置范围： 8.1. 吸气压力：2.0cmH₂O~25cmH₂O 8.2. 呼末正压：1.0cmH₂O~15cmH₂O 8.3. 呼吸频率：1bpm~120bpm 8.4. 流量调节：0.5L/min~25L/min 8.5. 吸呼比：4:1~1:10 8.6. 窒息唤醒次数：OFF，1~10 8.7. 触发灵敏度：OFF，1~10”现变更为“参数设置范围：8.1. 吸气压力：2.0cmH₂O~24cmH₂O 8.2. 呼末正压：

1. 0cmH₂O~14cmH₂O 8.3. 呼吸频率: 1bpm~120bpm 8.4. 流量调节: 1L/min~24L/min 8.5. 吸呼比: 3:1~1:10 8.6. 窒息唤醒次数: OFF, 1~10 8.7. 触发灵敏度: OFF, 1~10”。

第9条“具有 NHFO 经鼻高频振荡通气 模式, 要求采用经典的鼓膜振荡的方式实现高频通气功能。”现变更为“具有 NHFO 经鼻高频振荡通气模式”。

第10条“NHFO 模式下参数设置范围应 不小于: 10.1. 振荡频率: 2.0Hz~20Hz。 10.2. 振幅: 2.0cmH₂O~40.0cmH₂O 10.3. 平均压: 1.0cmH₂O~20.0cmH₂O 10.4. 吸呼比: 1:1~1:3”现变更为“NHFO 模式下参数设置范围应不小于: 10.1. 振荡频率: 5.0Hz~20Hz。 10.2. 振幅: 5.0cmH₂O~40.0cmH₂O 10.3. 平均压: 1.0cmH₂O~18.0cmH₂O 10.4. 吸呼比: 1:1~1:3”。

第12条“具有手动通气功能, 通气时间 1s~30s 可调, 气道压力范围 2.0cmH₂O~25cmH₂O, 手动通气流量调节范围 2.0L/min~30L/min。”现变更为“具有手动通气功能, 通气时间 1s~28s 可调, 气道压力范围 2.0cmH₂O~24cmH₂O, 手动通气流量调节范 2.0L/min~28L/min。”

序号2 新生儿监护仪 技术规格及主要参数:

第3条 系统功能 3.2“提供新生儿呼吸氧合专用界面, 实时识别和标记 ABD 事件, 协助临床对于 新生儿的呼吸暂停的监测和管理。”现变更为“删除此项”。

序号3 高流量呼吸湿化治疗仪 技术规格及主要参数: 第二项 技术参数

第 2 条 “一体化加温湿化器，湿化档位 1-7 档，湿度输出范围 20-44mg/L。” 现变更为 “删除此项”。

第 4 条 “具有流量爬坡功能，爬坡时间范围：0-20min，步进 2min。” 现变更为 “具有流量爬坡功能”。

第 6 条 “ ≥ 4 英寸触摸式液晶显示屏，无论是佩戴橡胶手套或是用笔均可轻松操作” 现变更为 “ ≥ 4 英寸触摸式液晶显示屏”。

第 12 条 “可根据临床需求及不同季节选择不同适宜温度，还可根据用户感受，进一步调节输出湿度的大小” 现变更为 “删除此项”。

第 20 条 “内置 PID 控制算法，对流量、氧 浓度、温湿度等参数进行精确稳定控制；” 现变更为 “删除此项”。

2、招标文件 第一章 投标邀请 八、投标截止时间、开标时间及地点：“投标截止及开标时间：2023 年 10 月 19 日 8 时 30 分（北京时间），逾期提交或不符合规定的响应文件不予接受。” 现变更为 “投标截止及开标时间：2023 年 10 月 30 日 8 时 30 分（北京时间），逾期提交或不符合规定的响应文件不予接受。”

更正日期：2023 年 10 月 13 日

三、其他补充事宜：无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：许昌市妇幼保健院

地址：许昌市魏都区青芳街 39 号



联系人：王少卿

联系电话：18737476701

2. 集中采购机构

名 称：许昌市政府采购服务中心

地 址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处创业服务中心 C 座

联系人： 李先生 联系电话：0374-2968687

3. 监管部门：许昌市财政局

联系人：许昌市政府采购监督管理办公室

联系电话：0374-2676018