

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

项目编号：长招采磋商【2025】004 号

项目名称：长葛市动物疫病预防控制中心2025年重大动物疫病试剂及耗材采购项目

序号	名称	品牌规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价	厂家
1	口蹄疫病毒 0 型竞争 ELISA 抗体检测试剂盒	兰兽研 5*96	1. 用途：用于检测牛、羊、猪等偶蹄动物血清中口蹄疫 0 型病毒抗体，适用于动物疫苗免疫或病毒感染抗体的检测。 2. 试剂盒组成：捕获 0 型抗原酶标反应板、0 型酶标抗体工作液、0 型 FMDV 抗体阳性对照血清、0 型 FMDV 抗体阴性对照血清、样品稀释液、25 倍浓缩洗涤液、TMB 底物溶液、终止液。 3. 敏感性：98%以上； 4. 特异性：98%以上； 5. 稳定性：批内及批间差异≤3%； 6. 保存条件：2~8℃保存； 7. 有效期：12 个月； 8. 试剂盒特点：操作简单，检测时间不超过 45 分钟，具有型间特异性，型内广谱性。 9. 结果判定 猪血清样品效价大于等于 1:64 判为口蹄疫 0 型抗体阳性，小于 1:64 判为口蹄疫 0 型抗体阴性。	兰州市	盒	6 盒	9000	54000	兰州兽研生物科技有限公司

			牛、羊血清样品效价大于等于 1:128 判为口蹄疫 0 型抗体阳性，小于 1:128 判为口蹄疫 0 型抗体阴性。						
2	口蹄疫病毒 0 型抗体检测液相试剂盒	兰兽研 10*96	1. 用途：采用液相阻断 ELISA 方法检测猪、牛、羊等偶蹄动物血清中口蹄疫 0 型病毒抗体，适用于动物疫苗免疫抗体定量检测。 2. 试剂盒组成：①兔抗包被 ELISA 板 10 块；②U 型 96 孔抗原抗体反应板 2 块；③移液槽 3 个；④口蹄疫 0 型病毒抗原 2 瓶，6mL/瓶；⑤口蹄疫 0 型豚鼠抗体工作液 1 瓶，60ml；⑥兔抗豚鼠 IgG-HRP 工作液 1 瓶，60ml；⑦口蹄疫 0 型阳性对照血清 1 管，1ml；⑧口蹄疫阴性对照血清 1 管，1ml；⑨25 倍 PBST 浓缩洗液 3 瓶，60ml/瓶；⑩TMB 底物 A、B 溶液，各 1 瓶，30ml/瓶；⑪终止液 1 瓶，50ml；⑫封膜板 10 张。 3. 敏感性：98%以上； 4. 特异性：98%以上； 5. 稳定性：批内及批间差异≤3%； 6. 保存条件：病毒抗原-20℃以下保存，其余试剂盒组分 4℃保存。 7. 试剂盒：有效期 12 个月。 8. 结果判定 抗体效价大于或等于 1:128 判为口蹄疫 0 型抗体阳性；1:64~1:128 时，判为可疑；小于 1:64 判定为阴性。可疑血清样品，可以重测，重测抗体效价大于或等于 1:128，判为阳性，小于 1:128 判为阴性。	兰州市	盒	4 盒	3000	12000	兰州兽研生物科技有限公司

3	口蹄疫病毒 A 型竞争 ELISA 抗体检测试剂盒	兰兽研 5*96	1. 用途：用于检测牛、羊、猪等偶蹄动物血清中口蹄疫 A 型病毒抗体，适用于动物疫苗免疫或病毒感染抗体的检测； 2. 试剂盒组成：口蹄疫 A 型酶标反应板，5 块板、A 型酶标抗体工作液 1 瓶，12mL、A 型 FMDV 抗体阳性对照血清 1 管，500 μl、A 型 FMDV 抗体阴性对照血清 1 管，500 μl、样品稀释液 1 瓶，30mL、25 倍浓缩液 1 管，30mL、TMB 底物溶液 1 管，12mL、终止液 1 管，12mL。 3. 敏感性：98%以上； 4. 特异性：98%以上； 5. 稳定性：批内及批间差异$\leq$3%； 6. 保存条件：2~8℃保存； 7. 有效期：12 个月； 8. 试剂盒特点：操作简单、检测时间仅 45 分钟、可实现定量检测，具有型间特异性，型内广谱性。 9. 结果判定 猪血清样品效价大于等于 1:90 判为口蹄疫 A 型抗体阳性，小于 1:90 判为口蹄疫 A 型抗体阴性。 牛、羊血清样品效价大于等于 1:128 判为口蹄疫 A 型抗体阳性，小于 1:128 判为口蹄疫 A 型抗体阴性。	兰州市	盒	6 盒	9000	54000	兰州兽研生物科技有限公司
4	口蹄疫和塞内卡病毒直接扩增 RT-qPCR 检测组分 (引物探	兰兽研 50T	1. 作用与用途：本试剂盒适用于对各种组织、水疱液、全血及 OP 液等样本中的口蹄疫病毒 (FMDV) 和塞尼卡谷病毒 (SVV) RNA 进行检测，单孔内可同时实现 FMDV 和 SVV 的双重扩增，同时可免于样本核酸提取纯化步骤。 2. 试剂盒组成：直扩 RT-qPCR 反应液，1140 μl$\times$2、直扩 RT-qPCR 酶混合液，120 μl、口蹄疫和塞尼卡谷病毒	兰州市	盒	1 盒	6000	6000	兰州兽研生物科技有限公司

	针、阴阳性对照)		直扩 RT-qPCR 引物探针, 300 μl、口蹄疫和塞尼卡谷病毒直扩 RT-qPCR 阳性对照, 100 μl、直扩 RT-qPCR 阴性对照, 1000 μl、裂解液 B1, 30 ml、裂解液 B2, 30 ml。 3. 贮存与有效期: 核酸提取部分, 室温保存; 核酸扩增部分, -20℃保存; 4. 有效期为 12 个月。 5. 结果判定 FAM 通道: Ct 值$\leq$30, FMDV 核酸检测阳性; 30<Ct 值$\leq$35, FMDV 核酸检测可疑, 需重新对样本进行检测。若重复检测该样本 Ct 值$\leq$30, 则判为 FMDV 核酸检测阳性; 若重复检测 Ct 值>30, 则判为 FMDV 核酸检测阴性; Ct 值>35 或者无数值, FMDV 核酸检测检测阴性。 HEX 通道: Ct 值$\leq$30, SVA 核酸检测阳性; 30<Ct 值$\leq$35, SVA 核酸检测可疑, 需重新对样本进行检测。若重复检测该样本 Ct 值$\leq$30, 则判为 SVA 核酸检测阳性; 若重复检测 Ct 值>30, 则判为 SVA 核酸检测阴性; Ct 值>35 或者无数, SVA 核酸检测检测阴性。						
5	布鲁氏菌病 ELISA 试剂盒	兰兽研 5*96	1. 作用与用途: 用于检测牛、羊血清中的光滑型布鲁氏菌抗体。 2. 贮存与有效期: 2~8℃保存, 有效期为 12 个月; 3. 试剂盒组成: 布鲁氏菌抗原包被板 5 块 (96 孔/块)、单克隆抗体 4C3 工作液 1 瓶 (12ml/瓶)、阳性对照血清 1 管 (80 μl/管)、阴性对照血清 1 管 (80 μl/管)、羊抗鼠酶标抗体工作液, 2 瓶 (12ml/瓶)、25×PBST,	兰州市	盒	3 盒	7000	21000	兰州兽研生物科技有限公司

			1 瓶 (60ml/瓶)、底物显色液, 底物 A: 1 瓶 (12ml/瓶)、底物 B: 1 瓶 (12ml/瓶)、终止液, 1 瓶 (12ml/瓶)、说明书, 1 份。 4. 敏感性: 98%以上; 5. 特异性: 98%以上。 6. 稳定性: 批内及批间差异$\leq$3%。 7. 结果判定: 当血清样本的 $PI \geq 30\%$ 时, 为布鲁氏菌病抗体阳性; 当血清样本的 $PI < 30\%$ 时, 为布鲁氏菌病抗体阴性。						
6	小反刍兽疫抗体检测阻断 ELISA 试剂盒	科前 5*96	1. 用途: 检测小反刍兽疫病毒抗体。 2. 试剂盒组成: 抗原包被板、20 倍浓缩洗涤液、样品稀释液、酶标记物、阳性对照、阴性对照、底物显色液、终止液。6. 试验规定反应时间 100 分钟。 3. 操作步骤: (1) 取抗原包被板, 每孔加入稀释好的洗涤液 $300 \mu l$, 共计洗涤 1 次; (2) 将稀释好的待检血清、阴性和阳性对照各取 $100 \mu l$ 加入抗原包被板中, 置 $37^{\circ}C$ 温育 1 小时; (3) 甩掉板孔中的液体, 每孔加入稀释好的洗涤液 $300 \mu l$, 重复洗涤共计 5 次; (4) 每孔加入酶标记物 $100 \mu l$, 置 $37^{\circ}C$ 温育 30 分钟; (5) 重复洗涤 5 次, 方法同 (3); (6) 每孔加入底物显色液 $100 \mu l$, 置室温 ($20 \sim 25^{\circ}C$) 避光显色 10 分钟; (7) 每孔加入终止液 $50 \mu l$, 10 分钟内, 在酶标仪上测定各孔 OD450nm 值。 4. 结果判定: S 为样品 OD450nm 值, N 为阴性对照平均 OD450nm 值。阻断率 = $(1 - S/N) \times 100\%$ 若阻断率 $\geq 50\%$, 样品判为阳性; 若阻断率 $< 50\%$, 判为阴性。	武汉市	盒	3 盒	7000	21000	武汉科前生物股份有限公司

7	猪瘟病毒 阻断 ELISA 抗体检测 试剂盒	科前 5*96	1. 检测猪瘟病毒 E2 蛋白抗体 2. 试剂盒组成：抗原包被板、20 倍浓缩洗涤液、样品稀释液、酶标记物、阳性对照、阴性对照、底物显色液、终止液、封板膜 3. 试验规定反应时间≤100 分钟。 4. 操作步骤：(1)取抗原包被板，每孔加入稀释好的洗涤液 300 μl，重复洗板共计 2 次；(2)将稀释好的待检血清、阴性和阳性对照各取 100 μl 加至抗原包被板中，用封板膜覆盖包被板，置 37℃温育 1 小时；(3)甩掉板孔中的液体，每孔加入稀释好的洗涤液 300 μl 重复洗涤共计 5 次；(4)每孔加入酶标记物 100 μl，置 37℃温育 30 分钟；(5)洗板 5 次，方法同(3)；(6)每孔加入底物显色液 100 μl，置室温(20-25℃)避光显色 10 分钟；(7)每孔加入终止液 50 μl，10 分钟内在酶标仪上测各孔 OD630nm 值。 5. 结果判定：S 为样品 OD630nm 值，N 为阴性对照平均 OD630nm 值。 阻断率=(1-S/N)×100%，如果阻断率<35%判为阴性，如果阻断率≥35%判为阳性。 6. 试剂盒有效期 12 个月。	武汉市	盒	4 盒	7300	29200	武汉科前生物股份有限公司

8	猪繁殖与呼吸综合征病毒间接 ELISA 抗体检测试剂盒	莱普生 5*96	1. 用途：检测猪血清或血浆中的猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体。 2. 试剂盒主要组成：PRRSV 包被板、PRRSV 酶结合物、PRRSV 样品稀释液、PRRSV 阴性对照、PRRSV 阳性对照、显色液 A、显色液 B、终止液、固体洗液、自封袋、封板膜、说明书。 3. 结果判定：如果 S/P 值 < 0.4，样品应判定为抗体阴性。如果 S/P 值 ≥ 0.4，样品应判定为抗体阳性。 4. 储藏与有效期：2~8℃ 保存，有效期 12 个月。	洛阳市	盒	4 盒	7000	28000	洛阳莱普生信息科技有限公司
9	猪伪狂犬病毒 gB 竞争 ELISA 抗体检测试剂盒	莱普生 5*96	1. 用途：检测猪血清中的猪伪狂犬病毒 gB 蛋白特异性抗体。 2. 竞争 ELISA 方法。 3. 试剂盒主要组成：PRV-gB 竞争包被板、PRV-gB 竞争酶结合物、PRV-gB 竞争阴性对照、PRV-gB 竞争阳性对照、显色液 A、显色液 B、终止液、固体洗液、自封袋、封板膜、说明书、加样槽。 4. 结果判定：如果 S/N 值 < 0.4，样品应判定为抗体阴性。如果 S/N 值 ≥ 0.4，样品应判定为抗体阳性。 5. 储藏与有效期：2~8℃ 保存，有效期 12 个月。	洛阳市	盒	2 盒	7300	14600	洛阳莱普生信息科技有限公司
10	猪伪狂犬病毒 gE 阻断 ELISA 抗体检测试剂盒	科前 5*96	1. 用途：检测猪伪狂犬病毒 gE 蛋白抗体。 2. 阻断 ELISA。 3. 血清样本按 1:1 稀释 4. 试剂盒组成：抗原包被板、20 倍浓缩洗涤液、样品稀释液、酶标记物、阳性对照、阴性对照、底物显色液、	武汉市	盒	2 盒	7300	14600	武汉科前生物股份有限公司

			终止液 5. 试验规定反应时间≤ 95 分钟。 6. 操作步骤：(1) 取抗原包被板，将稀释好的待检血清、阴性对照和阳性对照各取 100μl 加入到抗原包被板中，待检血清设 1 孔，阳性对照和阴性对照各设 2 孔，置 37℃ 温育 60 分钟；(2) 甩掉板孔中的液体，每孔加入稀释好的洗涤液 300 μl，洗板 5 次；(3) 每孔加入酶标记物 100 μl，置 37℃ 温育 20 分钟；(4) 洗板 5 次，方法同 (2)；(5) 每孔先加入底物显色液 100μl，置室温 (20-25℃) 避光显色 15 分钟；(6) 每孔加入终止液 50μl，10 分钟内在酶标仪上测定各孔 OD630nm 值。 7. 结果判定：S 为样品 OD630nm 值，N 为阴性对照 OD630nm 平均值，计算 S/N 值。如果样品 S/N 比值≤ 0.6，该样品判为阳性；如果样品 S/N 比值> 0.7，该样品判为阴性；如果样品 S/N 比值≤ 0.7 但> 0.6，该样品判为可疑，可间隔 2 周后重新采样检测。 8. 试剂盒有效期 12 个月。						
11	布病虎红平板抗原	唐山怡安 10ml	1. 用于虎红平板凝集试验诊断布鲁氏菌病。 2. 主要成分与含量：本品主要成分为布鲁氏菌 S2 株 (CVCC70502) 或 S2 和 A99 株 (CVCC70502 和 CVCC70203)，含量为与 1:45 稀释阳性血清国家标准品出现平板凝集反应，与 1:55 稀释阳性血清国家标准品不出现平板凝集反应。 3. 性状：均匀悬浮液，久置后，上部澄清，底部有少量沉淀。 4. 储藏与有效期：2~8℃ 保存，有效期 12 个月。	唐山市	瓶	4 瓶	700	2800	唐山怡安生物工程有限公司

12	布病阳性血清	唐山怡安 1ml	1. 用于布鲁氏菌病虎红平板凝集试验阴、阳性对照 2. 主要成分与含量：阳性血清系用灭活的布鲁氏菌菌液免疫家兔，采血、分离血清制成。 3. 性状：阳性血清冻干制品为疏松团块，加稀释液后迅速溶解。 4. 储藏与有效期：8℃以下保存，有效期为12个月。	唐山市	瓶	2瓶	400	800	唐山怡安生物工程有限公司
13	禽流感 H5Re-13 血凝抑制抗原	哈维科 2ml	1. 用途：用于HI试验检测禽流感病毒H5亚型(H5-Re13株)抗体。 2. 抗原为灭活的H5亚型禽流感病毒(H5-Re13株)，血凝(HA)效价不低于1:128。 3. 性状：抗原为白色或淡黄色海绵状疏松团块；阳性血清和阴性血清为微黄色或淡红色海绵状疏松团块。易于与瓶壁脱离，加稀释液后迅速溶解。 4. 【贮藏与有效期】-15℃以下保存，有效期为24个月。	哈尔滨市	瓶	10瓶	480	4800	哈尔滨维科生物技术有限公司
14	禽流感 H5Re-13 阳性血清	哈维科 2ml	1. 用途：用于HI试验检测禽流感病毒H5亚型(H5-Re13株)抗体。 2. 测定鸡血清时，分别使用禽流感病毒H5亚型(H5-Re13株)鸡阳性血清和禽流感病毒HI试验鸡阴性血清作为对照血清，阳性血清血凝抑制(HI)抗体效价不低于1:128；测定鸭和鹅血清时，分别使用禽流感病毒H5亚型(H5-Re13株)鸭阳性血清和禽流感病毒HI试验鸭阴性血清作为对照血，处理后的鸭阳性血清HI抗体效价不低于1:80。 3. 性状：抗原为白色或淡黄色海绵状疏松团块；阳性血清和阴性血清为微黄色或淡红色海绵状疏松团块。易于与瓶壁脱离，加稀释液后迅速溶解。	哈尔滨市	瓶	10瓶	480	4800	哈尔滨维科生物技术有限公司

			4.【贮藏与有效期】-15° C 以下保存,有效期为 24 个月。						
15	禽流感 H5Re-14 血凝抑制抗原	哈维科 2ml	1. 用途: 用于 HI 试验检测禽流感病毒 H5 亚型 (H5-Re14 株) 抗体。 2. 抗原为灭活的 H5 亚型禽流感病毒 (H5-Re14 株), 血凝 (HA) 效价不低于 1:128。 3. 性状: 抗原为白色或淡黄色海绵状疏松团块; 阳性血清和阴性血清为微黄色或淡红色海绵状疏松团块。易于与瓶壁脱离, 加稀释液后迅速溶解。 4.【贮藏与有效期】-15° C 以下保存,有效期为 24 个月。	哈尔滨市	瓶	10 瓶	480	4800	哈尔滨维科生物技术有限公司
16	禽流感 H5Re-14 阳性血清	哈维科 2ml	1. 用途: 用于 HI 试验检测禽流感病毒 H5 亚型 (H5-Re14 株) 抗体。 2. 测定鸡血清时, 分别使用禽流感病毒 H5 亚型 (H5-Re14 株) 鸡阳性血清和禽流感病毒 HI 试验鸡阴性血清作为对照血清, 阳性血清血凝抑制 (HI) 抗体效价不低于 1:128。测定鸭和鹅血清时, 分别使用禽流感病毒 H5 亚型 (H5-Re14 株) 鸭阳性血清和禽流感病毒 HI 试验鸭阳性血清作为对照血, 处理后的鸭阳性血 HI 抗体效价不低于 1:80。 3. 性状: 抗原为白色或淡黄色海绵状疏松团块; 阳性血清和阴性血清为微黄色或淡红色海绵状疏松团块。易于与瓶壁脱离, 加稀释液后迅速溶解。 4.【贮藏与有效期】-15° C 以下保存,有效期为 24 个月。	哈尔滨市	瓶	10 瓶	480	4800	哈尔滨维科生物技术有限公司

17	禽流感 H7Re-4 血 凝抑制抗 原	哈维科 2ml	1. 用途：用于 HI 试验检测禽流感病毒 H7 亚型 (H7-Re4 株) 抗体。 2. 抗原为灭活的 H7 亚型禽流感病毒 (H7-Re4 株)，血凝 (HA) 效价不低于 1:128。 3. 性状：抗原为白色或淡黄色海绵状疏松团块；阳性血清和阴性血清为微黄色或淡红色海绵状疏松团块。易于与瓶壁脱离，加稀释液后迅速溶解。 4. 【贮藏与有效期】-15° C 以下保存，有效期为 24 个月。	哈尔滨市	瓶	10 瓶	480	4800	哈尔滨维科生物技术有限公司
18	禽流感 H7Re-4 阳 性血清	哈维科 2ml	1. 用途：用于 HI 试验检测禽流感病毒 H7 亚型 (H7-Re4 株) 抗体。 2. 测定鸡血清时，分别使用禽流感病毒 H7 亚型 (H7-Re4 株) 鸡阳性血清和禽流感病毒 HI 试验鸡阴性血清作为对照血清，阳性血清血凝抑制 (HI) 抗体效价不低于 1:128。测定鸭和鹅血清时，分别使用禽流感病毒 H7 亚型 (H7-Re4 株) 鸭阳性血清和禽流感病毒 HI 试验鸭阴性血清作为对照血，处理后的鸭阳性血清抗体效价不低于 1:80。 3. 性状：抗原为白色或淡黄色海绵状疏松团块；阳性血清和阴性血清为微黄色或淡红色海绵状疏松团块。易于与瓶壁脱离，加稀释液后迅速溶解。 4. 【贮藏与有效期】-15° C 以下保存，有效期为 24 个月。	哈尔滨市	瓶	10 瓶	480	4800	哈尔滨维科生物技术有限公司
19	鸡新城疫 抗原	青岛立见 2ml	1. 用途：用于血凝抑制试验检测鸡新城疫抗体。 2. 主要成分与含量：抗原含有灭活的鸡新城疫病毒，血凝效价应 $\geq 1:512$。阳性血清为鸡新城疫高免的 SPF 鸡血清，HI 效价应 $\geq 1:512$。阴性血清为 SPF 鸡血清。	青岛市	瓶	8 瓶	480	3840	青岛立见生物科技有限公司

			3. 性状：抗原为微黄色海绵状疏松团块，易与瓶壁脱离，加稀释液后迅速溶解：阳性血清和阴性血清均为微黄色海绵状疏松团块，易与瓶壁脱离，加稀释液后迅速溶解。 4. 储藏与有效期：-15℃以下保存，有效期为 24 个月。						
20	鸡新城疫 阳性对照	青岛立见 2ml	1. 用途：用于血凝抑制试验检测鸡新城疫抗体。 2. 主要成分与含量：抗原含有灭活的鸡新城疫病毒，血凝效价应$\geq 1:512$。阳性血清为鸡新城疫高免的 SPF 鸡血清，HI 效价应$\geq 1:512$。阴性血清为 SPF 鸡血清。 3. 性状：抗原为微黄色海绵状疏松团块，易与瓶壁脱离，加稀释液后迅速溶解：阳性血清和阴性血清均为微黄色海绵状疏松团块，易与瓶壁脱离，加稀释液后迅速溶解。 4. 储藏与有效期：-15℃以下保存，有效期为 24 个月。	青岛市	瓶	8 瓶	480	3840	青岛立见生物科技有限公司
21	一次性反 应板	生工 10 个/包	1. 采用进口聚丙烯原料，可耐受 121° C. 20 min 高温高压处理。 2. 96 孔，200 μl，PP，本色 3. 储存 常温（10-30℃）避光+干燥 4. 保质期：24 个月	上海市	包	100 包	10	1000	生工生物工程（上海）股份有限公司
22	2-200ul 枪 头	生工 96 个/盒	1. 采用进口高透明聚丙烯原料，全过程洁净车间生产，无污染、挂液率低 2. 材质 PP、本色、已灭菌；洁净度：无 DNA 酶、RNA 酶；吸头类型：常规枪头；是否加长：非加长型；工作容量：200 μl；长度 59 mm；带刻度、无菌级；是否可高温高压灭菌：否；包装形式：盒装，箱装；储存：常 温（10-30℃）避光+干燥；保质期：24 个月	上海市	盒	300 盒	60	18000	生工生物工程（上海）股份有限公司

23	0.1-10ul 枪头	生工 96个/盒	1. 采用进口高透明聚丙烯原料，全过程洁净车间生产，无污染、挂液率低 2. 材质 PP、本色、已灭菌；洁净度：无 DNA 酶、RNA 酶；吸头类型：常规枪头；是否加长：非加长型；工作容量：10 μ l；带刻度、无菌级；是否可高温高压灭菌：否；包装形式：盒装，箱装；储存：常温（10-30℃）避光+干燥；保质期：24 个月	上海市	盒	100 盒	60	6000	生工生物工程 (上海) 股份有限公司
24	0.5-20ul 枪头	生工 96个/盒	1. 采用进口高透明聚丙烯原料，全过程洁净车间生产，无污染、挂液率低 2. 材质 PP、本色、已灭菌；洁净度：无 DNA 酶、RNA 酶；吸头类型：常规枪头；是否加长：非加长型；工作容量：20 μ l；长度 46 mm；不带刻度、无菌级；是否可高温高压灭菌：否；包装形式：盒装，箱装；储存：常温（10-30℃）避光+干燥；保质期：24 个月	上海市	盒	100 盒	60	6000	生工生物工程 (上海) 股份有限公司
25	5ml 一次性 采血器	皓邦 箱	1800 支/箱	浙江省 台州市	箱	2 箱	2160	4320	浙江皓邦医药 用品有限公司
26	10ml 一次 性采血器	皓邦 箱	1200 支/箱	浙江省 台州市	箱	2 箱	1800	3600	浙江皓邦医药 用品有限公司
27	1.5ml 离心 管	生工 包	1. BBI (R) 微量离心管采用进口高透明聚丙烯原料，全过程洁净车间生产，管身光滑透明，刻度清晰，管壁和管盖有磨砂书写区。此类型离心管管盖带防爆扣，可提高管盖紧密程度，增强防漏液能力。可承受 20,000 Xg 离心力，可耐受 121° C、20 min 高温高压处理。 2. 10 x 100 个/包，8 包/箱；材质 PP；颜色本色；已灭	上海市	包	50 包	260	13000	生工生物工程 (上海) 股份有限公司

			菌；无 DNA 酶、RNA 酶；1.5 ml；锥底；铰链卡扣盖，带防爆扣；带刻度；高度：40.8 mm；外径：10.4 mm；内径：9.1 mm；壁厚：0.7 mm；有书写区；耐受最大离心力：20,000 Xg；使用温度：0~135° C；可高温高压灭菌；袋装、箱装；常温（10-30℃）避光+干燥；保质期：24 个月						
28	连续加样管（全自动多功能分液器耗材）	上海比奥套	1. 适用于快速的试剂添加，培养基添加，细胞接种，梯度稀释，混匀，洗板和更多其它工作。 2. 特点：集束设计的管尾避免了吸液管漂浮在样品上导致无法吸液。可以通过事先控制进样管尾部是否浸入实现跳过不同行分液 3. 规格：8 连管	上海市	套	3	28000	84000	上海比奥实业发展有限公司
29	一次性隔离衣	豪莱康件	1. 特点：弹力袖口设计，隔绝外部灰尘细菌；后腰绑带设计，可根据提醒调节松紧；每个部位衔接平整，车缝走线细致不易脱线；SMS 材质，坚韧牢固防水效果更好。 2. 保质期：2 年	湖北省仙桃市	件	300	15	4500	仙桃市致胜防护用品有限公司
30	一次性 PE 手套	生工 20 包/盒	手套采用聚乙烯材料吹膜压制而成，防生物污染、防生物污染，具有一定的耐酸碱能力；常温运输；材质 PE；透明；未灭菌；中号；100 支/盒；常温（10-30℃）避光+干燥储存；保质期：24 个月	上海市	盒	5 盒	540	2700	生工生物工程（上海）股份有限公司
31	乳胶手套	光明双	加厚天然乳胶；乳胶色；规格：S/M/L；特点：佩戴舒适灵活 无毒无味无臭，耐酸碱防油污，强度高韧性好，独立包装。	江苏省南通市	双	1000 双	4.6	4600	江苏扬子利得医疗器械有限公司
32	一次性口罩	广聚堂 10 只/包	1. 组成成分：外层无纺布、中层熔喷布、内层无纺布、加宽耳带。2. 细菌过滤率不小于 95%。3. 规格：10 只/包。	河南省新乡市长垣市	包	200 包	10	2000	河南良建医疗器械有限公司

33	一次性头套	齐超 20只/包	1. 材质：无纺布。2. 自由伸缩、方便耐用、舒适透气、有弹性。 3. 规格：20只/包	河南省 新乡市 长垣市	包	20包	25	500	河南诚安医疗 科技有限公司
34	非洲猪瘟 核酸检测 组分（引物 探针、阴阳 性对照）	天之泰 50T	1. 可用于猪血液、淋巴结、脾脏、扁桃体、血球粉中非洲猪瘟病毒核酸检测。 2. 同时适用于 ABI Q5、ABI7500、天隆 Gentier 96E 等多种型号荧光 PCR 仪； 3. 试剂盒满足《非洲猪瘟诊断技术（GB/T 18648-2020）》《国家动物疫病监测与流行病学调查计划（2021-2025）》规定的非洲猪瘟病毒荧光 PCR 检测方法标准。 4. 其他：①试剂盒有效期不少于 12 个月； ②每个试剂盒提供中文的操作说明书 1 份； 5. 敏感性：≥98%；分析敏感性≤2copies/反应 6. 特异性：≥98%；协同实验再现性 Kappa 值<17. 重复性：CV 值<2%。	珠海市	盒	20盒	1500	30000	天之泰生物技 术研究院（珠 海）有限公司
35	非洲猪瘟 核酸提取 试剂盒	天隆 64T	1. 用途：用于从唾液、全血、血清、血浆、淋巴液、无细胞体液、细胞培养上清液、组织匀浆液或各种病毒保存液中纯化高质量病毒核酸。 2. 分离技术：磁珠法。 3. 保存期：保存 12 个月。 4. 保存温度：室温（15-25）℃干燥条件。 5. 含有完成核酸抽提全过程所需全部试剂及配套耗材。	陕西省 西安市	盒	16盒	960	15360	西安天隆科技 有限公司
36	非洲猪瘟 ELISA 检测 试剂盒	普泰 2*96	1. 采用间接 ELISA 方法； 2. 保存条件：2~8℃保存； 3. 敏感性：98%；	洛阳市	盒	3盒	3600	10800	洛阳普泰生物 技术有限公司

			4. 特异性: 100%; 5. 稳定性: 批内及批间差异 $\leq 3\%$; 6. 试剂盒组成: 抗原包被板, 酶标试剂, 样品稀释液, 阴性对照血清, 阳性对照血清, 显色剂, 终止液, 洗液; 试剂使用不同颜色盖子, 便于区分; 7. 反应时间: 小于 1 小时 20 分钟; 8. 试剂所有孵育过程全部是 37℃ 恒温操作; 9. 试验结果阴阳性对照成立; 10. 结果判定使用 S/P 计算; 11. 有效期: 12 个月。						
37	八连排管	生工盒	1. 适用于 PCR 实验或者样品暂存 2. 管壁超薄而均匀, 使样品受热均匀一致 3. 运输条件 常温运输 4. 材质 PP; 本色透明; 已灭菌; 无 DNA 酶、RNA 酶; 200 μ l; 平盖; 高度 21.21mm、外径 6.1mm、内径 5.42mm、壁厚 0.34mm; 无刻度; 0~121℃ 使用, 可高温高压灭菌; 无菌级; 常温 (10-30℃) 避光+干燥储存; 保质期: 24 个月。	上海市	盒	15 盒	500	7500	生工生物工程 (上海) 股份有限公司
38	84 消毒液	净丽邦件	1. 杀灭微生物类别: 大肠杆菌 8099、金黄色葡萄球菌 ATCC6538 2. 主要成分: 本品是以次氯酸钠为主要有效成分的消毒液, 有效氯含量为 2.5%~5.0% (W/V) 3. 规格: 500ml; 剂型: 液体; 保质期: 12 个月	河北省 石家庄市	件	2 件	60	120	石家庄浮渍日化有限公司
39	酒精	海氏海诺瓶	1. 用途: 可杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白念珠菌、绿脓杆菌 2. 使用方法: 原液涂抹或擦拭, 作用 3min	山东省 青岛市	瓶	20 瓶	16	320	青岛海氏海诺英诺威消毒科技有限公司

			3. 主要成分：乙醇为主要成分，乙醇有效成分 75%±5% (v/v)。 4. 规格：500ml；剂型：液体；保质期：24 个月						
合计		大写：伍拾万捌仟捌佰圆整 小写：508800元							

供应商（并加盖公章）：美真（河南）生物科技有限公司

