

## 采购进口物品统计表

序号	品名	参数要求	单位	数量	备注
1	#血液净化体外循环血路（滤过血路管+补液管）	1. 产品材质：医用级 PVC 原料； 2. 灭菌方式：环氧乙烷； 3. 需满足血液透析治疗，标配：动脉测压罩、静脉测压罩、静脉输液器及废液收集袋（双头）。 4. 废液袋连接部分呈倒“Y”型，可进行密闭式循环预冲和密闭式废液排空； 5. 所有连接处及螺帽拧紧不松脱，耐用连接夹；调节器灵敏，能调节到位；动、静脉管路夹子（三卡）能灵活安全调节，与穿刺针衔接紧密，杜绝漏气漏血，确保医疗安全。	个	220	接受进口产品
2	水机活性炭滤芯	5um	个	20	接受进口产品
3	水机活性炭滤芯	10um	个	20	接受进口产品
4	水机活性炭滤芯	20um	个	20	接受进口产品