

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	河南省许昌监狱
拟采购产品名称	血液净化体外循环血路（滤过血路管+补液管）*220 个、水机活性炭滤芯 5um*20 个、水机活性炭滤芯 10um*20 个、水机活性炭滤芯 20um*20 个
拟采购产品金额	合计：83900 元 血液净化体外循环血路（滤过血路管+补液管）5008-R*220 个 27500 元 水机活性炭滤芯 5um*20 个 15800 元 水机活性炭滤芯 10um*20 个 13600 元 水机活性炭滤芯 20um*20 个 27000 元
采购项目所属项目名称	河南省许昌监狱 2026-2027 年度医院药品、血液透析及化验室耗材采购项目
采购项目所属项目金额	2434148.313 元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述： 血液净化体外循环血路（滤过血路管+补液管）为费森尤斯透析机型号 5008 专用套盘，目前国内医疗市场上暂无国产化专用套盘，没有其他替代品牌。咨询多家供货商建议：水机活性炭滤芯（5um、10um、20um 共 3 个型号），直接用于透析液过滤生成，无适配国产品	

河南省许昌监狱 2026-2027 年度医院药品、血液透析及化验室耗材采购项目
进口产品论证会专家组成员

姓名	单位名称	职务	身份证号	联系电话
朱旭东	河南久灵律师事务所	支取律师	410426198701107096	18539918289
李总英	华北水利水电大学	技术	150205197312131227	13838513180
丰鹏飞	河南省建设厅管理协会	技术	410526198002080051	1770637771
张涛	郑州五洲医院	院长	14272619861010058	18339969800
李石彬	新乡市和达医院	院长	41010519610720001	13653712662

三、专家论证意见：

1. 血液净化体外循环管路，作为血液透析通路中的关键耗材，其生物相容性，抗凝涂层技术，以及生产工艺和原材料等指标，进口产品相较于国产产品有着明显优势，因此，为确保病人使用的安全，该设备能够正常使用，保证血液净化治疗顺利进行，同意采购进口产品。

2. 水处理活性炭滤芯作为血液透析水处理系统中的关键耗材，其主要用于去除水中的余氯、氯胺及有机物，以保护反渗透膜并保证透析用水质量。进口产品的原材料，制造工艺，溶出物控制及抑菌性能等指标，与进口产品有着明显差别，因此为确保血液净化治疗顺利进行，确保病人安全，建议采购进口产品。

专家签字：张晋

2026年3月8日