

单一来源采购专家论证意见

专家姓名	郭叔	职称	高级
工作单位	洛阳市中医院		
采购单位名称	伊川县中医院		
采购项目名称	伊川县中医院采购16排螺旋CT机配套球管项目		
供应商名称	郑州盛田医疗设备有限公司		
专家论证意见	医院现在使用的是东软医疗系统股份有限公司生产的16排螺旋CT,球管只能购买原厂配套产品.其他品牌球管不能与设备配套使用.建议从代理商郑州盛田医疗设备有限公司处购买由东软医疗系统股份有限公司生产的16排螺旋CT配套球管.		
	专家签名: 郭叔	2011年1月27日	

本表专家一人一表填写论证意见并签字



扫描全能王 创建