

单一来源采购方式专业人员论证意见

|              |                                                                                                                                      |                        |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| 专业人员信息       | 姓名:                                                                                                                                  | 李文斌                    |                |
|              | 职称:                                                                                                                                  | 主管技师                   |                |
|              | 工作单位:                                                                                                                                | 洛阳环峰资源有限公司             |                |
| 项目信息         | 项目名称:                                                                                                                                | 伊川县中医院采购16排螺旋CT机配套球管项目 |                |
|              | 项目预算金额:                                                                                                                              | 550000.00元             |                |
|              | 供应商名称:                                                                                                                               | 东软医疗系统股份有限公司           |                |
| 专业人员<br>论证意见 | 业主拟采购现有16排CT球管为设备重要配件,直接影响图像质量.为保证设备的兼容性.图像稳定性和安全性应采购原厂配套球管.东软医疗系统股份有限公司球管为在菲利浦公司定制的专用型球管,同型号球管拥有唯一授权。因此建议采用单一来源采购方式在东软医疗系统股份有限公司采购。 |                        |                |
| 专业人员签字       | 李文斌                                                                                                                                  |                        | 日期 2024年10月15日 |

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。