

河南省儿童医院郑州儿童医院 设备验收报告

科 室: 检验科

日 期: 2022年 2月 15日

设备名称		设备型号		设备编码	
液相色谱串联质谱检测系统(超高效液相色谱串联质谱系统)		ACQUITY UPLC I-Class/Xevo TQ-S micro IVD system		QBD1310	
招标时间	20220926		招标地点	河南信人	
招标编号	郑财招标采购-2022-159		招标方式	院外招标	
中标型号	ACQUITY UPLC I-Class/Xevo TQ-S micro IVD System		安装台数	1套	单价 440万
注册证号	国械注20192220210	生产日期	2022-06-08		
生产商	Waters Corporation	层次类别	进口: ☒ 合资: ☐ 国产: ☐		
经销商	河南澳达科技发展有限公司	联系人	杨小中	电话	18703683994
售后机构	沃特世科技(上海)有限公司	联系人	曹东磊	电话	1860168330
设备安装运行情况说明: 已安装, 运行正常			设备运行功率: 4kW		
			厂家安装工程师: 曹东磊		
设备验收:					
1. 设备是否完好无损(包装、外观等):		是 ☒		否 ☐	
2. 设备资料、附件等是否齐全:		齐全 ☒		不齐全 ☐	
3. 设备安装场地是否符合要求:		符合 ☒		基本符合 ☐ 不符合 ☐	
4. 设备运行情况是否正常:		正常 ☒		不正常 ☐	
5. 设备技术参数是否达到要求:		达到 ☒		基本达到 ☐ 达不到 ☐	
6. 设备安装、调试、培训是否满意:		满意 ☒		基本满意 ☐ 不满意 ☐	
7. 安装设备是否与中标承诺配置相符:		符合 ☒		不符合 ☐	
8. 设备验收其他情况说明:		无			
管理部门 签字	[Signature]		工程师 签字	曹东磊 [Signature]	
			使用科室 签字	[Signature]	
			(归档联)		