

进口产品专家论证意见	
一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	PET 药品自动给药系统
拟采购产品金额	1700000 元
采购项目所属项目名称	郑州市第三人民医院正电子发射型断层扫描仪 (PET-CT) 配套设备及 PET 药品自动给药系统采购项目
采购项目所属项目金额	3000000 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 进口的 PET 药品自动给药系统给药精度，辐射防护及诊疗安全方面比国产设备更优越，能够满足临床使用基本需求。进口的 PET 药品自动给药系统可减少临床医务人员的辐射暴露，改善患者给药剂量的精确性，显著提升 PET/CT 检查的工作效率和流程。 该产品不在政府采购进口产品限制目录内，申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	

拟采购的 PET 药品自动给药系统, 不属于
国家禁止进口和限制进口的产品, 采购该进口
产品符合《中华人民共和国政府采购法》及相关
法律法规和政策的规定, 同意采购进口产品。

专家签字: 张平旦 (法律)

2025 年 8 月 22 日