

进口产品专家论证意见	
一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	PET 药品自动给药系统
拟采购产品金额	1700000 元
采购项目所属项目名称	郑州市第三人民医院正电子发射型断层扫描仪(PET-CT)配套设备及 PET 药品自动给药系统采购项目
采购项目所属项目金额	3000000 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 进口的 PET 药品自动给药系统给药精度，辐射防护及诊疗安全方面比国产设备更优越，能够满足临床使用基本需求。进口的 PET 药品自动给药系统可减少临床医务人员的辐射暴露，改善患者给药剂量的精确性，显著提升 PET/CT 检查的工作效率和流程。 该产品不在政府采购进口产品限制目录内，申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	

PET药品自动给药系统通过简单易用的触摸屏计算患者的特定给药量^{剂量}，并自行进行基于患者体重的精准给药；该系统还集药品的自动分装设备、注射和记录于一体，通过药瓶提供多次剂量给药、提供按需剂量，对医护人员而言，减少放射性示踪剂下暴露时间，职业安全性大大提高。目前国内产品性能与进口产品在性能上存在差距，进口设备更优越，更能显著提升PET检查的工作效率和流程，为更好服务患者，提升医院诊疗水平，同意采购进口产品。

专家签字：

马书岭

2025年8月22日