

政府采购进口设备专家论证会专家名单

项目名称：郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目

论证时间：2025年8月28日 时 分（北京时间）

论证专家成员						
序号	姓名	身份证号码	工作单位	职称	联系电话	专业
1	何佳	410105197306038438	河南省中医院	主任	13653710712	设备
2	梁建明	410105196308201066	郑大二附院	高级	15837126119	设备
3	严海松	410105196409168214	河南省人民医院	高工	13838238595	设备
4	张平卫	412825196503202015	河南昇融律师事务所	律师	18838115197	法律
5	谢世国	410105196507151176	河南省科技馆	工程师	13213208656	计算机

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	生命体征检测仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☐ 3. 其他。	
原因阐述: 生命体征检测仪进口设备具有高精度传感器, 能精准监测心率、血氧、血压、呼吸等误差率低。稳定性、精确度高于国产同类设备, 为更好的服务患者, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
进口生命体征检测仪具备15S测血压技术, 体温探头精度$\leq 0.2^{\circ}\text{C}$; 且具备3S体温测定技术, 血压、体温等多种生理参数测量可以匹配快速且精准的测量, 但国产设备不具备3S体温测定技术, 不具备15S血压测定技术, 各种生理参数测定缓慢且精度不高, 因此拟进口设备。	
专家签字:	何佳
2025年8月28日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	生命体征检测仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☐ 3. 其他。	
原因阐述: 生命体征检测仪进口设备具有高精度传感器, 能精准监测心率、血氧、血压、呼吸等误差率低。稳定性、精确度高于国产同类设备, 为更好的服务患者, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
生命体征检测仪进口设备具有高精度传感器, 能精准监测心率、血氧、血压、呼吸等误差率低。稳定性、精确度高于国产同类设备, 为更好的服务患者, 特申请采购进口设备。	
专家签字: 李亚明	
2025 年 8 月 28 日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	生命体征检测仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☐ 3. 其他。	
原因阐述: 生命体征检测仪进口设备具有高精度传感器, 能精准监测心率、血氧、血压、呼吸等误差率低。稳定性、精确度高于国产同类设备, 为更好的服务患者, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
进口生命体征检测仪具有如下优势: 1. 可同步快速检测心率、血压、血氧饱和度、呼吸。 2. 具有新生儿、儿童、成人三种模式, 可在宽范围血压测量中, 但为新生儿至成人全覆盖, 可与新生儿。 3. 测量精度高, 易于操作, 且可记录。	
专家签字:	陈永超
2025年8月28日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	生命体征检测仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3. 其他。	
原因阐述：生命体征检测仪进口设备具有高精度传感器，能精准监测心率、血氧、血压、呼吸等误差率低。稳定性、精确度高于国产同类设备，为更好的服务患者，特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
此生命体征检测仪比国产设备相比，具有性能稳定，测量数据准确可靠，价格更为合理。	
专家签字：	2025 年 8 月 28 日

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	生命体征检测仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☐ 3. 其他。	
原因阐述: 生命体征检测仪进口设备具有高精度传感器, 能精准监测心率、血氧、血压、呼吸等误差率低。稳定性、精确度高于国产同类设备, 为更好的服务患者, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
拟采购的生命体征检测仪, 不属于国家禁止进口和限制进口的产品, 采购该进口产品符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和政策的規定, 同意采购进口产品。	
专家签字: 张平旦 (法律)	
2025年 8月28日	