

政府采购进口设备专家论证会专家名单

项目名称：郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目

论证时间：2025年8月28日 时 分（北京时间）

论证专家成员						
序号	姓名	身份证号码	工作单位	职称	联系电话	专业
1	何佳	410105197306038438	河南省中医院	主任	13653710712	设备
2	梁建明	410105196308201066	郑大二附院	高级	15837126119	设备
3	严海松	410105196409168214	河南省人民医院	高工	13838238595	设备
4	张平卫	412825196503202015	河南昇融律师事务所	律师	18838115197	法律
5	谢世国	410105196507151176	河南省科技馆	工程师	13213208656	计算机

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	心肺复苏仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 心肺复苏仪进口设备具备高精度按压技术: 1、动态深度调节显著提升, 心排血量和冠脉灌注压自主循环恢复率优于国产设备。2、长时间连续操作适用于转运途中或院内接力复苏。为提高心肺复苏成功率, 同时减少医护人员的工作量, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
进口产品心肺复苏仪动态深度调节显著, 心排血量和冠脉灌注压自主循环恢复率, 心肺复苏成功率较高, 但国产设备在以上各种技术功能上均逊色于进口设备, 心肺复苏成功率低, 因此建议进口设备。	
专家签字:	何强
2025年8月28日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	心肺复苏仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 心肺复苏仪进口设备具备高精度按压技术: 1、动态深度调节显著提升, 心排血量和冠脉灌注压自主循环恢复率优于国产设备。2、长时间连续操作适用于转运途中或院内接力复苏。为提高心肺复苏成功率, 同时减少医护人员的工作量, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
心肺复苏仪进口设备具备高精度按压技术, 显著提升心排血量和冠脉灌注压自主循环恢复率优于国产设备。长时间连续操作适用于转运途中或院内接力复苏, 为提高心肺复苏成功率, 同意采购进口设备。	
专家签字: 	
2025年8月8日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	心肺复苏仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 心肺复苏仪进口设备具备高精度按压技术: 1、动态深度调节显著提升, 心排血量和冠脉灌注压自主循环恢复率优于国产设备。2、长时间连续操作适用于转运途中或院内接力复苏。为提高心肺复苏成功率, 同时减少医护人员的工作量, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见 进口心肺复苏仪, 具有如下突出技术优势: 1. 按压深度可精准到 $\pm 2mm$, 且可实时监测 2. 按压速率, 可精准控制在 111-120 次/分 3. 电池续航能力强 以上优势对于心肺复苏效果良好, 且可节省 临床抢救成本。 进口产品为必需。 专家签字: 邵金明	
2025 年 8 月 28 日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	心肺复苏仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 心肺复苏仪进口设备具备高精度按压技术: 1、动态深度调节显著提升, 心排血量和冠脉灌注压自主循环恢复率优于国产设备。2、长时间连续操作适用于转运途中或院内接力复苏。为提高心肺复苏成功率, 同时减少医护人员的工作量, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见 进口心肺复苏仪与国产设备相比, 在产品稳定性和自动控制按压技术方面有较大差异, 进口产品更适用于心肺复苏抢救中的使用, 同意采购进口产品。	
专家签字: 许世明	
2025年8月28日	

✓ 8

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	心肺复苏仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 心肺复苏仪进口设备具备高精度按压技术: 1、动态深度调节显著提升, 心排血量和冠脉灌注压自主循环恢复率优于国产设备。2、长时间连续操作适用于转运途中或院内接力复苏。为提高心肺复苏成功率, 同时减少医护人员的工作量, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
拟采购的心肺复苏仪, 不属于国家禁止进口和限制进口的产品, 采购该进口符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和规定的规定, 同意采购进口产品。	
专家签字: 张平旦 (法律)	
2025 年 8 月 28 日	