

政府采购进口设备专家论证会专家名单

项目名称：郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目

论证时间：2025年8月28日 时 分（北京时间）

论证专家成员						
序号	姓名	身份证号码	工作单位	职称	联系电话	专业
1	何佳	410105197306038438	河南省中医院	主任	13653710712	设备
2	梁建明	410105196308201066	郑大二附院	高级	15837126119	设备
3	严海松	410105196409168214	河南省人民医院	高工	13838238595	设备
4	张平卫	412825196503202015	河南昇融律师事务所	律师	18838115197	法律
5	谢世国	410105196507151176	河南省科技馆	讲师	13213208656	计算机

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	加温输注系统
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 进口产品能在短时间内将液体加热到设定温度。进口加温输注系统的温度控制系统通常更为精密。进口产品往往配备更完善的报警系统, 能对温度异常、气泡、管路堵塞等情况进行实时监测和报警。特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
进口加温输注系统可快速均匀加温至37℃并保持恒定, 不受输入液体流速及液体温度变化影响, 安全保护机制较完善, 自动排除气泡过程中无需中断输注, 但同类产品无特殊实现上述功能, 进口产品进口后在。	
专家签字:	何建
2025年8月28日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	加温输注系统
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 进口产品能在短时间内将液体加热到设定温度。进口加温输注系统的温度控制系统通常更为精密。进口产品往往配备更完善的报警系统, 能对温度异常、气泡、管路堵塞等情况进行实时监测和报警。特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
加温输注系统进口设备性能稳定, 加温精度高, 温度控制更为精密, 配备更完善的报警系统, 能对温度异常、气泡、管路堵塞等情况进行实时监测和报警。目前国产设备尚有一定差距。为满足患者需求, 同意采购进口设备。	
专家签字:	李亚明
2025年8月28日	


附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	加温输注系统
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 进口产品能在短时间内将液体加热到设定温度。进口加温输注系统的温度控制系统通常更为精密。进口产品往往配备更完善的报警系统, 能对温度异常、气泡、管路堵塞等情况进行实时监测和报警。特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
进口加温输注系统具有如下技术特点: 1. 可快速均匀加热至37.5℃, 温控精度高, 不受液体流速、管径等因素影响, 保持恒温稳定。 2. 无需对液体进行排气, 具备气泡自动检测和管路堵塞报警功能。 从而保证了患者良好的舒适度和治疗效果。 因此建议采购进口产品。	
专家签字:	王守成
2025年8月28日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	加温输注系统
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 进口产品能在短时间内将液体加热到设定温度。进口加温输注系统的温度控制系统通常更为精密。进口产品往往配备更完善的报警系统, 能对温度异常、气泡、管路堵塞等情况进行实时监测和报警。特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
进口加温输注系统比国产设备相比, 在升温速度、温度控制精度和安全性等方面有较大差异, 且不需要人工干预, 极大提高临床使用的安全性、便捷性, 属于进口产品。	
专家签字:	
2025 年 8 月 28 日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	加温输注系统
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 进口产品能在短时间内将液体加热到设定温度。进口加温输注系统的温度控制系统通常更为精密。进口产品往往配备更完善的报警系统, 能对温度异常、气泡、管路堵塞等情况进行实时监测和报警。特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
拟采购的加温输注系统, 不属于国家禁止进口和限制进口的产品, 采购该进口产品符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和政策的規定, 同意采购进口产品。	
专家签字: 张平卫 (法律)	
2025 年 8 月 28 日	