

郑州市心血管病医院 郑州市第七人民医院

医学装备验收记录单

设备名称（协议名称）：X 线计算机断层扫描仪(CT)256 排 CT
 设备注册证名称：X 射线计算机体层摄影设备
 注册证号：国械注准 20233061731 数 量：一套（详细配置见附件）
 单 价：23380000.00 元 总 价：23380000.00 元
 品 牌：GE 生产厂家：航卫通用电气医疗系统有限公司
 规格型号：Revolution Apex Expert 设备 S N：CBHCG2500007HM
 出厂日期：2025-05 保修期限：3 年 使用年限：30 年
 经销单位：河南伟创医疗科技有限公司 到货日期：2025-06-14
 联系人：韩鹏 联系电话：18837335037

全套仪器组件、附件、备件、说明书和技术资料登记表：

序号	名 称	型号	机号	单位	数量	保存科室	备注
1	X 线计算机断层扫描仪 (CT)256 排 CT	<u>Revolution Apex Expert</u>	<u>CBHCG 2500007 HM</u>	<u>套</u>	1	CT 室	
2	原厂后处理工作站套	/	/	<u>套</u>	3		
3	旧设备更新要求			<u>套</u>	1		原厂及配套软件，64 排以上螺旋 CT 系统，全身扫描的临床应用和研究
4	三筒落地式全自动造影剂注射器 CT 专用			<u>台</u>	1		1 台含 100 套耗材
5	除颤仪			<u>台</u>	1		
6	恒温箱			<u>台</u>	1		
7	铅防护用品			<u>套</u>	16		
8	高配置报告终端（包含升降桌、椅子）			<u>套</u>	5		

9	3 兆彩色医用显示器			台	5		
10	大功率静音加湿器			台	1		
11	大功率静音吸尘器			台	1		
12	高配置电脑			台	5		
13	激光打印机			台	2		
14	高压注射器			台	3		
15	便携式过氧化氢消毒器			台	1		
16	86 寸 8MP 彩色综合会诊医用显示器及音视频系统			台	1		
17	急救护理车			台	1		
18	Mindways QCT PRO V6.1 非同步定量 CT 骨密度分析系统, 同时对接 ≥ 3 台 CT 机			套	1		
19	精密数显稳压电源			套	1		
20	UPS 不间断稳压电源			台	1		
20.1	CT 主机供电延时时间			/	/		$\geq 1h$
20.2	主机与电池同一品牌			/	/		
20.3	功率模块安装数量			套	5		
20.4	具备保护功能			/	/		
21	制冷用 3p 空调(具有记忆功能)			台	1		
22	三筒落地式全自动造影剂注射器 CT 专用			台	1		
22.1	具有 5 个超声波传感器警示气泡功能			/	/		
22.2	具有微粒过滤系统			/	/		
22.3	具有双重单向止回阀			/	/		
22.4	自动校准保持压力 13Bar, 高于 16Bar 系统自动中断			/	/		



22.5	无线蓝牙联接			/	/		
22.6	具有自动排气泡功能			/	/		
是否已提供该设备操作流程卡片并挂于设备上。 是 (√) , 否 ()							
验收结论: 该设备已调试完毕, 运行正常 韩天俊 2015.10.23							
参与验收人员签字:				验收日期:			
使用科室负责人: 张兴南				医学装备科验收人员: 周明伟 郭天俊			
审计部门监督人员: 以上验收程序符合需求 刘璐				采购部门组织人员: 赵静			
固定资产部人员: 田航				生产厂家工程师: 周敏波			
经销商代表: 郭鹏							

备注: 万元以上医学装备验收需生产厂家工程师参与。

