

单一来源采购方式专业人员论证意见

项目信息	项目名称：郑州市妇幼保健院 2025 年磁共振维修项目
	项目金额：588000.00 元
	拟单一来源采购的供应商名称：西门子医疗系统有限公司
专业人员信息	姓名：杨萍
	职称：主任医师
	工作单位：郑州大学附属肿瘤医院
专业人员论证意见	采购人核磁共振设备为西门子品牌，设备出现严重冰堵，压缩机已损坏，压缩机作为磁共振设备的核心部件，只有原厂同型号压缩机才能匹配使用，才能保证设备的安全、高效正常运行。由原厂完成除冰及液氮注入才能保证设备稳定及安全，此采购符合单一来源采购"的相关法律法规要求，同意采用"单一来源采购"。
专业人员签字	杨萍 日期 2025 年 11 月 13 日