

设备验收报告

验收单位：郑州市第六人民医院

验收时间：2025年 11 月 25 日

设备名称	血液透析设备（血滤机）	设备型号	DBB-EXA S	设备序列号	详见附页
生产厂家	威高日机装（威海）透析机器有限公司	层次类别	原装进口： ☐ 合资： ☐ 国产： ☒		
出厂日期	详见附页	使用期限或失效日期	详见附页	注册证号	国械注准 20243100906
招标基本信息	中标通知书时间	2025年10月21日	招标地点	郑州市公共资源交易中心	
	招标编号	郑财招标采购-2025-288	招标方式	公开招标	
	中标型号	DBB-EXA S	中标价格	1703700元	
供货公司	郑州厚而吉商贸有限公司	联系人	钱峰	电话	13523452131

设备安装运行情况：

正常

厂家工程师签字：胡康喜

联系方式：17662015039

设备验收情况：

- 设备是否完好无损（原包装、外观等）：是 ☒ 否 ☐
- 设备资料、附件等是否齐全：齐全 ☒ 不齐全 ☐
- 设备安装场地是否符合要求：符合 ☒ 基本符合 ☐ 不符合 ☐
- 设备标识是否齐全：齐全 ☒ 不齐全 ☐
- 设备运行情况是否正常：正常 ☒ 不正常 ☐
- 设备技术参数是否达到要求：达到 ☒ 基本达到 ☐ 达不到 ☐
- 设备安装、调试是否正常：是 ☒ 否 ☐
- 培训是否满意：满意 ☒ 基本满意 ☐ 不满意 ☐
- 安装设备是否与中标承诺配置相符：符合 ☒ 不符合 ☐
- 设备验收其他情况说明：无

设备验收情况签字确认

使用科室：血液净化科	验收人：王直	负责人：李丽娟
财务科验收人：王直	招采办验收人：王守君	医学装备科验收人：王岩

信息科验收人：虎磊磊



扫描全能王 创建

设备验收报告附件

验收日期: 2025年 11月 25日

序号	设备名称	序列号	规格型号	生产厂家	生产日期	使用期限	注册证号	使用科室	验收人	负责人
1	血液透析设备 (血滤机)	25056-07	DBB-EXA S	威高日机装(威海) 透析机器有限公司	2025-07	10年	国械注准 20243100906	血液净化室	丁建	李丽娟
2	血液透析设备 (血滤机)	25056-08	DBB-EXA S	威高日机装(威海) 透析机器有限公司	2025-07	10年	国械注准 20243100906	血液净化室	丁建	李丽娟
3	血液透析设备 (血滤机)	25056-09	DBB-EXA S	威高日机装(威海) 透析机器有限公司	2025-07	10年	国械注准 20243100906	血液净化室	丁建	李丽娟
4	血液透析设备 (血滤机)	25056-10	DBB-EXA S	威高日机装(威海) 透析机器有限公司	2025-07	10年	国械注准 20243100906	血液净化室	丁建	李丽娟
5	血液透析设备 (血滤机)	25057-01	DBB-EXA S	威高日机装(威海) 透析机器有限公司	2025-07	10年	国械注准 20243100906	血液净化室	丁建	李丽娟
6	血液透析设备 (血滤机)	25057-02	DBB-EXA S	威高日机装(威海) 透析机器有限公司	2025-07	10年	国械注准 20243100906	血液净化室	丁建	李丽娟
7	血液透析设备 (血滤机)	25057-03	DBB-EXA S	威高日机装(威海) 透析机器有限公司	2025-07	10年	国械注准 20243100906	血液净化室	丁建	李丽娟
8	血液透析设备 (血滤机)	25057-04	DBB-EXA S	威高日机装(威海) 透析机器有限公司	2025-07	10年	国械注准 20243100906	血液净化室	丁建	李丽娟
9	血液透析设备 (血滤机)	25057-05	DBB-EXA S	威高日机装(威海) 透析机器有限公司	2025-07	10年	国械注准 20243100906	血液净化室	丁建	李丽娟

