

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	飞秒屈光手术系统
拟采购产品金额	1000万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院飞秒屈光手术系统采购项目
采购项目所属项目金额	1000万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 目前国内暂无具备同类技术设备, 因此需要购置进口设备。	
三、专家论证意见	
医院拟采购的飞秒屈光手术系统进口产品是有3D立体切削雕刻功能, 可开展全飞秒屈光手术, 可升级拓展角膜移植, 是角膜一切口调节功能, 目前国产仪器无同类产品。故同意采购进口产品。	
专家签字:	2015年10月16日