

单一来源采购专家论证意见表

时间：2025 年 12 月 29 日

采购单位	澧池县中医院		
项目名称	澧池县中医院 64 排 CT 原厂配套球管采购项目		
预算资金	85 万	采购方式	单一来源采购
供应商名称	东软医疗系统股份有限公司		
专家论证意见	64排CT机配套球管设备具有独特的技术架构与数据标准,中医院现有64排CT设备可以实现完美替换及数据交互。如选择其他供应商则无法保障设备的稳定性、安全性和精准性。且更换造成的额外调试成本及可能存在的风险成本。更换新款球管可降低设备故障率,减少因停机造成的检查收入损失,具备显著的长期经济效益。更换新球管后,设备各项安全指标可重新达标,保障医患人员的辐射安全。 根据《政府采购法》第31条之规定的单一来源采购方式,由东软医疗系统股份有限公司采购该设备。		
专家姓名	上官战霞	职称	高级工程师
工作单位		论证时间	2025.12.29