

三、专家论证意见

目前, 国产 4K 3D 荧光腹腔镜、缺乏
多模块功能, 不能满足多部位手术 3D 荧光
的要求, 在荧光成像方面也没有进口清晰
缺乏灌注成像的清晰, 腹腔镜镜头也
没有自体荧光, 不能满足早癌的诊治
及治疗, 同意采购进口产品。

技术专家签字:



2026 年 1 月 9 日