

三、专家论证意见

拟采购之超高清宫腔镜系统用于宫腔相关疾病之治疗。国内同类产品制造工艺，耐用性以及图像成像水平等方面与进口产品间存在一定差距。进口产品在图像处理功能、操作界面等方面具有显著优势，更有利于临床观察、诊断，为更好保障患者之临床诊疗安全，同意采购进口设备。

技术专家签字：

王乃物

2016 年 1 月 6 日