

三、专家论证意见

荧光腹腔镜主要用于复杂肝病和胆道的手术中，对设备的分辨率、光源稳定性和成像技术要求较高。目前国产荧光光源为 $\pm 10\text{nm}$ 与进口产品存在一定的差距，分辨率也很难达到 3840×2160 ，同时国产设备在图像处理模式和成像技术与进口设备也存在一定的差距，不能完全满足采购人的使用要求，同意采购进口产品

技术专家签字：

王丑

2026年1月9日