

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	医用血管造影 X 射线系统 (DSA)
拟采购产品金额	1300 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心医用血管造影 X 射线系统 (DSA) 等 2 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	2600 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取;	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取;	
☒ 3. 其他;	
原因阐述: 通过医用血管造影 X 射线系统是诊断及治疗复杂心血管疾病的必须设备,对减少因心血管疾病造成的伤亡有极大的帮助,是疑难重症治疗的重要手段和诊疗保障。医用血管造影 X 射线系统可以使以往难以察觉的病变变得更加清晰可见使临床医生作出更准确的诊断,为临床诊断及护理提供更好的技术支持。心肺复苏仪进口产品在动力持续性、稳定性、在按压操作控制和操作精度等方面由于国产同类产品。起搏分析仪进口产品技术成熟度上优于国产,特别实在处理复杂心律失常分析和个性化参数上优于国产同类。特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
拟进口设备不属于《中国禁止、限制进口产品目录》中的禁止、限制进口产品,不违背国家法律强制性规定,符合技术标准专家论证意见,符合进口相关法规、政策规定,同意采购进口产品。 专家签字: 马晓风 2025 年 11 月 5 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	医用血管造影 X 射线系统 (DSA)
拟采购产品金额	1300 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心医用血管造影 X 射线系统 (DSA) 等 2 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	2600 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取;	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取;	
☒ 3. 其他;	
原因阐述: 通过医用血管造影 X 射线系统是诊断及治疗复杂心血管疾病的必须设备,对减少因心血管疾病造成的伤亡有极大的帮助,是疑难重症治疗的重要手段和诊疗保障。医用血管造影 X 射线系统可以使以往难以察觉的病变变得更加清晰可见使临床医生作出更准确的诊断,为临床诊断及护理提供更好的技术支持。心肺复苏仪进口产品在动力持续性、稳定性、在按压操作控制和操作精度等方面由于国产同类产品。起搏分析仪进口产品技术成熟度上优于国产,特别实在处理复杂心律失常分析和个性化参数上优于国产同类。特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
经论证,进口产品在动力持续性,稳定性,耐用性及操作性和对复杂心律的鉴别优于国产同类产品,同意进口设备采购。  专家签字: 2025 年 11 月 5 日	

B

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	医用血管造影 X 射线系统 (DSA)
拟采购产品金额	1300 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心医用血管造影 X 射线系统 (DSA) 等 2 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	2600 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取;	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取;	
☒ 3. 其他;	
原因阐述: 通过医用血管造影 X 射线系统是诊断及治疗复杂心血管疾病的必须设备,对减少因心血管疾病造成的伤亡有极大的帮助,是疑难重症治疗的重要手段和诊疗保障。医用血管造影 X 射线系统可以使以往难以察觉的病变变得更加清晰可见使临床医生作出更准确的诊断,为临床诊断及护理提供更好的技术支持。心肺复苏仪进口产品在动力持续性、稳定性、在按压操作控制和操作精度等方面由于国产同类产品。起搏分析仪进口产品技术成熟度上优于国产,特别实在处理复杂心律失常分析和个性化参数上优于国产同类。特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
进口产品采用电动、电控技术、按压、转速和频率可精确调节,不受体重限制,适用于多种急救场景。在感知灵敏度、抗干扰检查、无导线技术和感知脑电波等方面,均较国内产品更具优势,同意采购进口产品。 专家签字: 冯福顺 2025年11月5日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	医用血管造影 X 射线系统 (DSA)
拟采购产品金额	1300 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心医用血管造影 X 射线系统 (DSA) 等 2 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	2600 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取;	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取;	
☒ 3. 其他;	
原因阐述: 通过医用血管造影 X 射线系统是诊断及治疗复杂心血管疾病的必须设备,对减少因心血管疾病造成的伤亡有极大的帮助,是疑难重症治疗的重要手段和诊疗保障。医用血管造影 X 射线系统可以使以往难以察觉的病变变得更加清晰可见使临床医生作出更准确的诊断,为临床诊断及护理提供更好的技术支持。心肺复苏仪进口产品在动力持续性、稳定性、在按压操作控制和操作精度等方面由于国产同类产品。起搏分析仪进口产品技术成熟度上优于国产,特别实在处理复杂心律失常分析和个性化参数上优于国产同类。特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
进口心肺复苏仪和起搏分析仪,可提升 X 射线,不易产生金属伪影,不影响临床诊断,提升效率 102.11.12 次扫描,起搏分析仪起搏模式丰富,频率范围 40-180bpm,脉冲宽度 0.005-0.5ms,2 年质保,进口产品具有完整性,且价格不贵,性价比高于国产产品,同意采购进口产品。  专家签字: _____ 2025 年 11 月 5 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	医用血管造影 X 射线系统 (DSA)
拟采购产品金额	1300 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心医用血管造影 X 射线系统 (DSA) 等 2 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	2600 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取;	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取;	
☒ 3. 其他;	
原因阐述: 通过医用血管造影 X 射线系统是诊断及治疗复杂心血管疾病的必须设备,对减少因心血管疾病造成的伤亡有极大的帮助,是疑难重症治疗的重要手段和诊疗保障。医用血管造影 X 射线系统可以使以往难以察觉的病变变得更加清晰可见使临床医生作出更准确的诊断,为临床诊断及护理提供更好的技术支持。心肺复苏仪进口产品在动力持续性、稳定性、在按压操作控制和操作精度等方面由于国产同类产品。起搏分析仪进口产品技术成熟度上优于国产,特别实在处理复杂心律失常分析和个性化参数上优于国产同类。特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
医院购置的血管造影系统,诊断复杂的心血管疾病,对临床、教学科研都有很高的要求,进口产品清晰度高,分辨率高,使用方便可靠,故障率低。建议采购性能最优的进口产品。 专家签字: 留君昌 2024 年 11 月 5 日	