


政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	医用血管造影 X 射线系统 (DSA)
拟采购产品金额	1300 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心医用血管造影 X 射线系统 (DSA) 等 2 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	2600 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取；	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取；	
☒ 3. 其他；	
原因阐述： 通过医用血管造影 X 射线系统是诊断及治疗复杂心血管疾病的必须设备，对减少因心血管疾病造成的伤亡有极大的帮助，是疑难重症治疗的重要手段和诊疗保障。医用血管造影 X 射线系统可以使以往难以察觉的病变变得更加清晰可见使临床医生作出更准确的诊断，为临床诊断及护理提供更好的技术支持，主动脉内球囊反搏仪 (IABP) 国产研发时间短，临床应用不成熟，性能不稳定，操控性、故障率等方面与进口产品存在差距，对高要求精密手术，需使用进口产品。特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
拟进口设备不属于《中国禁止类、限制类进口产品目录》中的禁止、限制进口产品，不违背国家法律强制性规定。经技术专家论证意见，符合进口相关法律、政策规定，同意采购进口产品。 专家签字：  2025 年 11 月 14 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	医用血管造影 X 射线系统 (DSA)
拟采购产品金额	1300 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心医用血管造影 X 射线系统 (DSA) 等 2 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	2600 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取;	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取;	
☒ 3. 其他;	
原因阐述: 通过医用血管造影 X 射线系统是诊断及治疗复杂心血管疾病的必须设备,对减少因心血管疾病造成的伤亡有极大的帮助,是疑难重症治疗的重要手段和诊疗保障。医用血管造影 X 射线系统可以使以往难以察觉的病变变得更加清晰可见使临床医生作出更准确的诊断,为临床诊断及护理提供更好的技术支持,主动脉内球囊反搏仪 (IABP) 国产研发时间短,临床应用不成熟,性能不稳定,操控性、故障率等方面与进口产品存在差距,对高要求精密手术,需使用进口产品。特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
经论证同类进口产品在临床应用,性能稳定,操控性、故障率等方面优于国产设备,使用进口产品有利于手术治疗的成功,提升患者的治愈率。同意采购进口产品。  专家签字: _____ 2025 年 11 月 14 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	医用血管造影 X 射线系统 (DSA)
拟采购产品金额	1300 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心医用血管造影 X 射线系统 (DSA) 等 2 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	2600 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取;	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取;	
☒ 3. 其他;	
原因阐述: 通过医用血管造影 X 射线系统是诊断及治疗复杂心血管疾病的必须设备,对减少因心血管疾病造成的伤亡有极大的帮助,是疑难重症治疗的重要手段和诊疗保障。医用血管造影 X 射线系统可以使以往难以察觉的病变变得更加清晰可见使临床医生作出更准确的诊断,为临床诊断及护理提供更好的技术支持,主动脉内球囊反搏仪 (IABP) 国产研发时间短,临床应用不成熟,性能不稳定,操控性、故障率等方面与进口产品存在差距,对高要求精密手术,需使用进口产品。特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
进口产品在检测灵敏度、触发模式等方面,和国内同类产品相比具有较大优势,尤其是在检测准确度、灵敏度等方面,自动识别心律失常、调整充盈时间也是国内同类产品所欠缺的,同意采购进口产品。 专家签字: 冯福顺 2025年 11月 14日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	医用血管造影 X 射线系统 (DSA)
拟采购产品金额	1300 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心医用血管造影 X 射线系统 (DSA) 等 2 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	2600 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取;	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取;	
☒ 3. 其他;	
原因阐述: 通过医用血管造影 X 射线系统是诊断及治疗复杂心血管疾病的必须设备,对减少因心血管疾病造成的伤亡有极大的帮助,是疑难重症治疗的重要手段和诊疗保障。医用血管造影 X 射线系统可以使以往难以察觉的病变变得更加清晰可见使临床医生作出更准确的诊断,为临床诊断及护理提供更好的技术支持,主动脉内球囊反搏仪 (IABP) 国产研发时间短,临床应用不成熟,性能不稳定,操控性、故障率等方面与进口产品存在差距,对高要求精密手术,需使用进口产品。特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
进口产品生产临床应用时间更长,其性能较 国产品牌检测精度更高,图像更清晰,分 辨率更高,故障率更低,方便应用。同意购买 进口产品申请。 专家签字: 2025 年 11 月 14 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	医用血管造影 X 射线系统 (DSA)
拟采购产品金额	1300 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心医用血管造影 X 射线系统 (DSA) 等 2 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	2600 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取;	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取;	
☒ 3. 其他;	
原因阐述: 通过医用血管造影 X 射线系统是诊断及治疗复杂心血管疾病的必须设备,对减少因心血管疾病造成的伤亡有极大的帮助,是疑难重症治疗的重要手段和诊疗保障。医用血管造影 X 射线系统可以使以往难以察觉的病变变得更加清晰可见使临床医生作出更准确的诊断,为临床诊断及护理提供更好的技术支持,主动脉内球囊反搏仪 (IABP) 国产研发时间短,临床应用不成熟,性能不稳定,操控性、故障率等方面与进口产品存在差距,对高要求精密手术,需使用进口产品。特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
进口同类产品对于心率控制精度及反应速度及同步性心脏系统复杂品心跳同期时,同样具有精确的跟踪能力,能大减轻心脏负荷,提升心脏的耐受能力,触发模式丰富,对于高心率 > 130 次/分,具有 peak pattern 技术,能避免对于四种国产设备中近期刚投入市场技术成熟不可不待而足,国产设备要求,同主采购进口产品 专家签字:  2025 年 11 月 14 日	