

周口市财政局

投诉处理决定书

周财采投 2025—004

投 诉 人：河南通用医药健康产业有限公司

法定代表人：苏芑

代 理 人：孙天柯

联 系 方 式：15893936888

地 址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）明理路与汉
风路交叉口东南角办公楼一层 101 室

被 投 诉 人：周口市中心医院

联 系 人：张威

联 系 方 式：0394-8208169

地 址：河南省周口市川汇区人民路 26 号

被 投 诉 人：周口市公共资源交易中心政府采购中心

联 系 人：郭战伟

联 系 方 式：0394-8106517

地 址：周口市光明路市行政中心西侧南楼

我局于 2025 年 3 月 6 日收到投诉人递交的“周口市中心
医院血液透析机采购项目”投诉书，根据《政府采购投诉和

质疑办法》审查了投诉书并通知投诉人补充质疑和质疑答复材料。经过调查和调取相关资料显示，投诉人于 2025 年 2 月 13 日向采购人和采购代理机构递交质疑函，采购人于 2025 年 2 月 21 日对质疑函进行了回复。根据《政府采购投诉和质疑办法》第十七条质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉，现已审理终结。

（一）项目基本情况：

项目名称：周口市中心医院血液透析机采购项目，编号：（周财招标采购-2025-7）。本项目于 2025 年 1 月 16 日在河南省政府采购网和全国公共资源交易平台（河南省.周口市）网站上发布招标公告，2025 年 2 月 7 日由周口市公共资源交易中心政府采购中心组织开标、评标。

（二）投诉事项及被投诉人答复

投诉事项：

投诉书中共有一项投诉，投诉内容为：采购项目技术要求“13、肝素泵：肝素流量范围 0.0~9.9mL/h；具有快速注入功能。”经过市场调查，中标厂家费森的血液透析设备肝素流量范围 0.1~10.0mL/h 不符合参数要求，存在虚假应标的行为。事实依据：费森 4008S 型产品使用说明书和费森 4008S 型彩页。

（三）事实查明与认定

经审核该项目招标文件、投标文件、评标记录、评审结果、调取相关资料和组织专家对投诉内容进行论证，依据相关法律法规认定投诉人的投诉成立。

（四）处理决定

鉴于以上原因，根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第三十一条第（二）项规定，作出投诉处理决定如下：

中标结果无效，重新开展采购活动。

如不服本决定，可在决定书送达之日起六十日内向周口市人民政府申请行政复议，也可在决定书送达之日起六个月内向周口市川汇区人民法院提起行政诉讼。

