

关于周口市中心医院 ECMO 采购项目情况说明

周口市公共资源交易中心

一、项目基本情况：

项目名称：周口市中心医院 ECMO 采购项目

项目编号：周财招标采购-2025-69

公开招标公告发布日期：2025 年 9 月 17 日

评审日期：2025 年 10 月 9 日

成交公告发布日期：2025 年 10 月 9 日

二、周口市中心医院 ECMO 采购项目于 2025 年 10 月 9 日在周口市公共资源交易中心进行开标、评标。经评标委员会综合评定后第一中标候选人为：河南立长医疗器械有限公司。2025 年 10 月 11 日我院接到河南医为尚商贸有限公司关于该采购项目的质疑函。

2025 年 10 月 16 日，周口市中心医院 ECMO 采购项目原评审委员会根据河南医为尚商贸有限公司质疑事项，对照原采购文件要求对第一中标候选人投标文件进行核实，经原评标委员会复核：

1. 经核实第一中标候选人的投标文件后确认，第一中标候选人拟提供的设备满足本采购项目技术要求中第 8 条：“★8、具有自动调节转速功能，可使流量在灌注中保持恒定。”

2. 经核实第一中标候选人的投标文件后确认，未提供全套检验报告，不满足本采购项目技术部分第 2 条：“提供全套检验报告作为评分依据，得 5 分”。故原评标委员会分值计算错误。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国

国务院令 第 658 号) 第七十五条要求: 政府采购评审专家未按照采购文件规定的评审方案和评审标准评审, 原评审专家组评审意见无效。

根据《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令 第 94 号) 第十六条: 质疑答复导致中标、成交结果改变的。采购人或采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。我院书面报告周口市财政局备案, 依法重新组织采购活动。

三、上述情况已向周口市财政局报备。

附件:

1. 《关于 ECMO 采购项目原评标委员会核实质疑事项的情况说明。》



周口市中心医院
2025 年 10 月 17 日

关于 ECMO 采购项目原评标委员会核实质疑事项的情况说明


- 一、采购项目名称：周口市中心医院 ECMO 采购项目
- 二、采购项目编号：周财招标采购-2025-69
- 三、提交质疑函供应商：河南医为尚商贸有限公司
- 四、采购专家组核实质疑事项的情况说明：

2025 年 10 月 16 日，ECMO 采购项目原评标委员会根据河南医为尚商贸有限公司质疑事项，对照相关法律法规及原采购文件要求进行核实，经复核：

对质疑事项 1 的答复：经核实第一中标候选人的投标文件后确认，第一中标候选人拟提供的设备满足本采购项目技术要求中第 8 条：“★8、具有自动调节转速功能，可使流量在灌注中保持恒定。”故质疑人的本项质疑事项不成立。

对质疑事项 2 的答复：经核实第一中标候选人的投标文件后确认，未提供全套检验报告，不满足本采购项目技术部分第 2 条：“提供全套检验报告作为评分依据，得 5 分”。故质疑人的本项质疑事项成立。

专家组签字：

 2025 年 10 月 16 日