

## 政府采购进口产品专家论证意见

|                                                                                                                                                                                               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 一、基本情况                                                                                                                                                                                        |                      |
| 申请单位                                                                                                                                                                                          | 驻马店市中心医院             |
| 拟采购产品名称                                                                                                                                                                                       | 双源 CT 球管，1 个         |
| 拟采购产品金额                                                                                                                                                                                       | 150 万元               |
| 采购项目所属项目名称                                                                                                                                                                                    | 驻马店市中心医院双源 CT 球管采购项目 |
| 采购项目所属项目金额                                                                                                                                                                                    | 150 万元               |
| 二、申请理由                                                                                                                                                                                        |                      |
| <input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取：                                                                                                                                                          |                      |
| <input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取：                                                                                                                                                      |                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3.其他。                                                                                                                                                     |                      |
| 原因阐述：<br><br>根据驻马店市中心医院实际情况和业务技术发展需要更换双源 CT（设备型号为 SOMATOM Drive）球管，X 射线管即球管为 CT 产品主要部件之一，球管不是单独存在能使用的设备，要达到和 CT 整机匹配，才能保证设备运行安全和更佳的图像质量。该设备球管具有独特的技术要求，目前国内没有替代品，只能采购进口球管才能与设备配套使用。故申请采购进口产品。 |                      |
| 三、专家论证意见                                                                                                                                                                                      |                      |

国内同类产品在产品图像质量等方面无法完整使用需求。同意采购进口产品。

专家签字：



2025年2月11日