

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	驻马店市中心医院
拟采购产品名称	双源 CT 球管，1 个
拟采购产品金额	150 万元
采购项目所属项目名称	驻马店市中心医院双源 CT 球管采购项目
采购项目所属项目金额	150 万元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取：	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3.其他。	
原因阐述： 根据驻马店市中心医院实际情况和业务技术发展需要更换双源 CT（设备型号为 SOMATOM Drive）球管，X 射线管即球管为 CT 产品主要部件之一，球管不是单独存在能使用的设备，要达到和 CT 整机匹配，才能保证设备运行安全和更佳的图像质量。该设备球管具有独特的技术要求，目前国内没有替代品，只能采购进口球管才能与设备配套使用。故申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	

球管是CT机的核心部件，其接口位置、布线接口位置都严重影响设备性能，需要第一的配套产品才能和原设备匹配，而且根据国际医疗器械标准，医疗器械生产企业在生产时必须由具备资质的厂家生产，设备才能生产，同是医疗器械。

专家签字：许世明

2025年2月11日