

单一来源采购方式专业人员论证意见表

采购单位	平舆县人民医院			
项目名称	平舆县人民医院 MRC200-0407球管采购项目			
专业人员信息	姓 名	薛和东	手机号码	18638229555
	职 称	副高		
	工作单位	郑州市妇幼保健院		
专业人员 论证意见	平舆县人民医院现有一台飞利浦 MRC200-0407球管是配套该院现有的飞利浦 Allura Xper FD20造影系统使用的,现需要更换原厂全新球管,才能满足临床使用需求,其他品牌型号的球管不能通用,是有唯一性。 该项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第二款之规定,同意采用单一来源方式采购。			
专业人员签字	薛和东		日期 2025 年 8 月 4 日	