

单一来源采购方式专业人员论证意见表

采购单位	平舆县人民医院			
项目名称	平舆县人民医院 MRC200-0407球管采购项目			
专业人员信息	姓 名	陈永红	手机号码	13623860330
	职 称	高工		
	工作单位	河南省医疗器械检验院		
专业人员 论证意见	拟采购之 DSA 球管用于河南省平舆县人民医院现有之飞利浦 Allura Xper FD20 血管造影机之球管更换，该设备原装球管型号为 MRC200-0407 型，且不能和其他品牌型号之球管通用，符合唯一性之产品特点。 该项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款之规定，同意采用单一来源之方式进行采购。			
专业人员签字	陈永红		日期 2025 年 8 月 4 日	