

单一来源采购方式专业人员论证意见表

采购单位	平舆县人民医院			
项目名称	平舆县人民医院 MRC200-0407球管采购项目			
专业人员信息	姓 名	李 喆	手机号码	15837126119
	职 称	高级		
	工作单位	平大 = 平大		
专业人员 论证意见	平舆县人民医院 MRC200-0407球管采购项目，是该院现有的飞利浦 Allura Xper. PD20球管造影机的配件，需要更换及全部球管。其他品牌型号的球管不能通用，具有唯一性。 因此，该球管符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定，同意采用单一来源方式采购。			
专业人员签字	李 喆		日期 2025 年 8 月 4 日	