

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	驻马店市中心医院
拟采购产品名称	高清电子胃肠镜及内镜高频手术系统，1 套
拟采购产品金额	246 万元
采购项目所属项目名称	驻马店市中心医院高清电子胃肠镜及内镜高频手术系统采购项目
采购项目所属项目金额	246 万元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取：	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3.其他。	
原因阐述： 根据驻马店市中心医院实际情况和业务技术发展需要购置 1 套高清电子胃肠镜及内镜高频手术系统。进口高清电子胃肠镜能够提供更清晰、更细腻的图像，能够更加清晰、仔细地观察消化道内壁的微小组织和隐藏病变，显著提高消化道早癌及癌前病变的诊断率。进口内镜高频手术系统具备多模式切割功能，支持切凝交替输出，在复杂手术中能精准控制组织损伤范围，降低穿孔风险；国产内镜高频手术系统在大功率稳定性、组织愈合质量等方面仍有差距，难以满足高难度手术的安全要求。 高清电子胃肠镜及内镜高频手术系统属于高级精密设备，机器的硬件和软件影响着成像质量，国产设备相较于同类进口设备，在图像清晰度、产品操作性、产品稳定性、耐用性等方面都存在一定差距。 综上所述，目前国产高清电子胃肠镜及内镜高频手术系统还不能完全满足临床需求，故申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	

医院准备购买高清电子胃肠镜和内镜
高频手术系统，这类设备进口产品存在优势，
具有特殊光学增强功能和智能染色功能，
内镜图像可对白光和特殊光增强同屏显示，进
行对比，提高病变检查率，具有多级色彩调节，
内镜弯曲条件更优角度更大，照度 ≥ 2000 流明，
分辨率高，在图像清晰度，产品稳定性、可靠
性方向也优于现在国产设备。同意购买
进口产品。

专家签字：雷庆昌

2025年8月20日