

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	平舆县人民医院
拟采购产品名称	免散瞳眼底照相机
拟采购产品金额	67 万元
采购项目所属项目名称	平舆县人民医院免散瞳眼底照相机采购项目
采购项目所属项目金额	67 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：为满足临床需求，需采购进口产品	
三、专家论证意见	
按医院采购需求，国产免散瞳眼底照相机的设备配置，相关技术指标及性能相对较弱，图片分辨率较低，图像质一般，设备稳定性差，拍片时长不足，局部失真等易造成漏诊、误诊。建议采购进口设备。 专家签字：陈艳红 日 期：2025.11.12.	