

### 单一来源采购专家论证意见表

申请单位	驻马店市第二中医院
项目名称	驻马店市第二中医院 16 排 CT 球管采购项目
论证时间	2026 年 02 月 26 日
拟采购预算	55 万元
单一来源供应商	河南医维通医疗科技有限公司
内容：拟采用单一来源方式采购河南医维通医疗科技有限公司作为驻马店市第二中医院 16 排 CT 球管采购项目供应单位	
专家论证意见：	<p style="font-size: 1.2em;">驻马店市第二中医院 16 排 CT 球管采购项目。球管是 CT 机的核心部件。其接口位置布线都影响设备性能。需要单一配套单品。才能和原设备匹配，建议采购进口产品：并符合国家相关进口产品的法律规范。</p>

专家签字：徐国亭