

中标（成交）结果公告需提供资料（服务类）

一、主要标的信息

服务类

名称： 许昌市中心医院美国 GE 牌 IGS530 型 DSA 机维保项目(不见面开标)”项目

服务范围： 1、设备整机全保：（包括原厂球管及平板探测器）以及该主机下 1 台 AW 工作站的保修。

2、保证开机率 $\geq 95\%$ ，服务响应时间 ≤ 2 小时，到达现场时间需 ≤ 12 小时。

3、服务期内，每年提供设备定期保养 4 次（其中包含一次深度保养，能够对血管机设备做预防性维护及部件焕新），对设备每年提供 4 次定期维护、保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照产品规格运行的标准来维修，并提供符合原厂技术要求的保养报告。定期维护服务间隔进行，具体内容包括：（1）系统基本情况检查；（2）图像质量检查；（3）球管使用情况检查；（4）软件等等。（保养包含但不限于：设备清洁、系统性能测试及校准、必要的电气环境检测等）。

4、每年提供不少于 1 次的技术人员或操作人员技术应用高级培训。

5、具备客户服务专线电话，每年 365 天开通，每天开通服务时间不少于 14 个小时。

6、中标人需设置常驻服务机构（人员），常驻 DSA 系列设备专职技术服务人员 ≥ 4 人。

7、需具备维护保养设备所必需的专业工具，包含本设备专用励磁、匀场工具 ≥ 2 套，本设备专用梯度涡流校正工具至少一套，本设备专用射频调试工具 ≥ 2 套，静电防护工具 1 套和相应安全防护用品。

8、维保期内球管出现问题，中标人须提供全新原装球管（提供一年内进口球管的报关单），且球管具有 CFDA 注册证，且注册证在有效期内；如没有

单独球管注册证，须提供整机注册证。球管经过 CT 整机匹配性测试合格，提供测试报告；

9、提供以下远程服务内容：

- (1) 需具有设备运行分析管理。
- (2) 客户可通过登录提供的链接，查询设备状态信息。
- (3) 需支持远程服务的记录查询。
- (4) 需支持设备使用分析统计（扫描量，使用序列等）。
- (5) 需具有设备维修维护管理。
- (6) 需提供设备维修的历史记录服务报告。
- (7) 需提供设备维护的历史记录服务报告。
- (8) 需具有设备合同状态查询。
- (9) 需具有工程师的派工状态查询。
- (10) 需提供一台远程终端接入设备。

10、服务期间设备进行移机，维保服务时间按移机所用的天数先后顺延。

11、设备已发生故障，目前设备需更换原厂曝光脚踏开关、高压控制板、230 伏电源模块、ingrid 模块，中标人在维保合同生效后需立即进行以上备件的更换。

服务时间：三年

服务标准：

1、由采购人成立验收小组：采购人在收到供应商项目验收建议之日起 7 个工作日内，由采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行实质性验收。验收时，按照维保合同的约定每年度末对中标人履约情况进行验收评价，出具项目实施总体评价，中标人履约情况得到采购人认可后再支付下一周期维保费用。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。



二、附件

1. 被推荐供应商名单和推荐理由（适用于邀请招标、竞争性谈判、询价、竞争性磋商采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在供应商的）

2. 中标、成交供应商为中小企业的，应公告其《中小企业声明函》

3. 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，应公告其《残疾人福利性单位声明函》

4. 中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的，应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。

