

中标（成交）结果公告需提供资料（货物类）

一、主要标的信息

货物类
名称：重症监护呼吸机
品牌（如有）：迈瑞
规格型号：SV350
数量：9
单价：166500.00

二、中标（成交）人统一社会信用代码证编号：

91410100MA45CQFR1W

三、附件

1. 中标（成交）分项报价一览表（包含中标（成交）标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）
2. 中标、成交供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》 否 是（如是请提供）
3. 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》 否 是（如是请提供）

备注：此表及附件须由中标（成交）人填报并加盖公章扫描为 PDF 格式，转采购人确认无误发送至中心组织计划科邮箱：
gg2968687@126.com。

此表须另附 word 电子版。

4.1 投标分项报价表

项目编号：ZFCG-G2021040-1 号

项目名称：许昌市中心医院麻醉机等医疗设备采购项目（不见面开标）

序号	名称	品牌 规格型号	技术 参数	单位	数量	单价	总价	厂家
1	重症监护呼吸机	迈瑞 SV350	<p>1、呼吸机为电动电控呼吸机，对婴幼儿、儿童和成人均适用，具备中文操作界面，可选病人类型及身高进行参数设置，也可一键选择成人、儿童模式；</p> <p>2、吸气阀、呼气阀均可徒手拆卸并能高温消毒，以防止交叉感染；</p> <p>3、彩色触摸控制屏幕≥12 英寸</p> <p>4、具备自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件；</p> <p>5、呼气触发灵敏度可调节，呼气灵敏度具有自动触发模式可供选择；</p> <p>6、内置锂电池供电不少于 2 小时；</p> <p>7、呼吸机整机重量小于 12 kg (不包括台车)，方便手提移动；</p> <p>8、具备呼吸机各类常规模式如：容量控制通气下的 A/C 和 SIMV、压力控制通气下的 A/C 和 SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式（具有容量和压力两种方式）及叹息模式等；</p> <p>9、具备肺保护功能</p> <p>10、具备氧疗功能：可同时调节吸氧流量及吸氧浓度；</p> <p>11、其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持等模式，利</p>	台	9	166500	1498500	深圳迈瑞 生物医疗 电子股份 有限公司

		于监测呼吸力学指标； 具备完善的撤机指示参数：口腔闭合压、最大吸气负压、呼吸浅快指数等，方便监测术后病人是否符合拔管。 12、可支持选配主流及旁流 EtCO2 监测功能； 13、可随时查看各类常见监测图形，如波形监测（压力/时间波形、流速/时间波形、容量/时间波形），呼吸环监测（压力/容量环、容量/流速环、流速/压力环），肺力学监测（吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼吸功）等； 14、具备监测参数的≥60 小时的趋势图、表分析显示； 15、具备一键锁屏功能，方便操作； 16、具备气体检测漏塞，便于机器自检及校准； 17、可将呼吸机数据采集并上传至医院信息网络，满足科室信息化需求。	
合计	大写：壹佰肆拾玖万捌仟伍佰元整	小写： 1498500.00	



投标人（并加盖公章）：河南重药医疗器械有限公司