

ZFCG-G2021057 号许昌市中心血站“许昌市中心

血站流动采血车项目(不见面开标)”

评标报告



2021 年 08 月 04 日

ZFCG-G2021057 号许昌中心血站 “流动采血车” 项目评标报告

一、项目概况

(一) 项目名称：流动采血车项目

(二) 项目编号：ZFCG-G2021057 号

(三) 招标公告发布日期：2021 年 7 月 14 日

(四) 变更公告发布日期：

(五) 开标日期：2021 年 8 月 4 日 8:30

(六) 采购方式：公开招标

(七) 最高限价：120.00 万元

(八) 评标办法：综合评分法

(九) 资格审查方式：资格后审

(十) 招标公告刊登的媒体：中国政府采购网、河南省政府采购网、许昌市政府采购网、许昌市人民政府综合门户网、全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）。

二、开标记录及投标报价

序号	投标人	投标报价（元）	交货期
1	厦门市佳乐新创机电设备有限公司	1069870.00	自合同生效之日起 60 天内交货、完成安

			装调试并具备验收条件
2	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	1050000.00	自合同生效之日起60天内交货、完成安装调试并具备验收条件
3	郑州智能专用车技术有限公司	1199000	自合同生效之日起60天内交货、完成安装调试并具备验收条件
4	河南宏信德电子科技有限公司	1186000	自合同生效之日起60天内交货、完成安装调试并具备验收条件
5	宇通客车股份有限公司	1158000	自合同生效之日起60天内交货、完成安装调试并具备验收条件

三、资格审查情况

序号	通过资格审查的投标人
1	厦门市佳乐新创机电设备有限公司
2	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
3	郑州智能专用车技术有限公司
4	河南宏信德电子科技有限公司
5	宇通客车股份有限公司

四、评审情况

(一) 符合性审查

硬件特征码是否异常：无异常

通过符合性审查的投标人			
1	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司		
未通过符合性审查的投标人			
序号	投标人名称	未通过原因	招标文件相应条款
1	厦门市佳乐新创机电设备有限公司	序号产品 1 参数 6.5“噪音等级： ＜35DB”和 9.13 “过载能力：>150% 20s；>125% 1min；>110% 15mins”不满足招标文件要求	招标文件第二章第一部分 “本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。”
2	郑州智能专用车技术有限公司	序号产品 1 参数 6.5“噪音等级： ＜35DB”不满足招标文件要求	招标文件第二章第一部分 “本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。”
3	河南宏信德电子科技有限公司	序号产品 1 参数 6.5“噪音等级： ＜35DB”不满足招标文件要求	招标文件第二章第一部分 “本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。”
4	宇通客车股份有限公司	序号产品 1 参数 6.5“噪音等级： ＜35DB”不满足招标文件要求	招标文件第二章第一部分 “本采购清单中所列技术规

			格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。”
--	--	--	---

通过符合性审查招标人不足 3 家，该项目废标。

五、投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正：无。

六、是否存在评标委员会成员更换：无

七、评标委员会成员名单：

刘道文(主任) 王治平 张俊霞 陈东杰 郭 亮（采购人代表）

2021 年 8 月 4 日