

中标（成交）结果公告需提供资料（货物类）

一、主要标的信息

货物类
名称：手术床
品牌（如有）：山东辰宏
规格型号：CH-T100
数量：10
单价：66000.00 元

二、中标（成交）人信息

- 1、统一社会信用代码：91411023MA4827JD2K
- 2、单位地址：河南省许昌市建安区小召乡盐城村东航路东侧与中航路北侧 006 号
- 3、联系人：孙超杰
- 4、联系方式：18339046666



三、附件

1. 中标（成交）分项报价一览表（包含中标（成交）标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）

2. 中标、成交供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》☐否 ☒是（如是请提供）

3. 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》☒否 ☐是（如是请提供）



4.6 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加许昌市中心医院（单位名称）的许昌市中心医院手术床项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 许昌市中心医院手术床项目（标的名称），属于医疗器械（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为山东辰宏医疗科技有限公司（企业名称），从业人员/人，营业收入为万 /元，资产总额为万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. /（标的名称），属于/（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为/（企业名称），从业人员/人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于/（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

我公司许昌众帮医疗器械有限公司为经销商，属于小型企业。

企业名称（盖章）：许昌众帮医疗器械有限公司



说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。



扫描全能王 创建

小微 企业名录

首页

扶持政策集中公示

申请扶持导航

企业享受扶持信息公示

小微企业库

当前位置: 首页 > 小微企业库 > 详情

基本信息

企业名称:	许昌众邦医疗器械有限公司	统一社会信用代码/注册号:	91411023MA4627JB2K
企业类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期:	2020年03月09日
注册资本:	500万人民币	登记机关:	许昌市建安区市场监督管理局
所属行业:	批发和零售业	行业:	医疗用品及器材批发

享受扶持政策信息

暂无享受扶持政策

经营异常信息

企业未被列入经营异常企业

小微 企业名录

首页

扶持政策集中公示

申请扶持导航

企业享受扶持信息公示

小微企业库

当前位置: 首页 > 小微企业库 > 详情

基本信息

企业名称:	山东辰宏医疗科技有限公司	统一社会信用代码/注册号:	913708813120682993
企业类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期:	2014年09月25日
注册资本:	3100万人民币	登记机关:	曲阜市市场监督管理局
所属行业:	批发和零售业	行业:	医疗用品及器材零售

享受扶持政策信息

暂无享受扶持政策

经营异常信息

企业未被列入经营异常企业



扫描全能王 创建

分项报价一览表

产品名称	规格型号	品牌	数量	单位	单价 (元)	合计价格 (元)	生产厂家
手术床	CH-T100	山东辰宏	10	台	66000.00	660000.00	山东辰宏医疗科技有限公司
总金额	合计大写： 陆拾陆万元整，小写金额：660000.00 元；						
技术参数	1. 手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降等多个主要动作组，由不少于 4 组独立液压缸液压驱动。 2. 手术床具备平移功能。 3. 手术床具备腰桥功能，且腰桥为隐藏式结构，腰桥可床体两侧操作避免术中操作需医生让位及下方操作的不方便。 4. 手术床配有高性能充电电池，确保手术床在无交流电源供电状态下能够长时间工作。充电电池无需保养和维护，可长时间使用。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。 5. 具有手持有线控制器和底座应急控制面板两套功能一致、且相互独立的控制系统。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。 6. 手术床承重$\geq 180\text{kg}$。 7. 手术床台面框架、边轨和立柱采用优质不锈钢制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用。 8. 手术床台面可透过 X 线，台面下侧安装有导轨，用于输送 X 光片盒。 9. 手术床床垫由质地柔软的双层记忆海绵整体制成，厚度$\geq 60\text{mm}$。床垫表面防水透气易清洗，防静电。 10. 手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板具有可拆卸、可上下折和可分叉等多种功能。 11. 独立机械脚踏式控制刹车系统，锁定机构确保手术床绝对稳固。 12. 具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。 13. 技术参数： 1. 手术床长度$\geq 2030\text{mm}$ 2. 手术床宽度$\geq 500\text{mm}$ 3. 床面高度可调范围：720mm / 1070mm 4. 台面前后倾角度：$\pm 30^\circ$ 5. 台面左右倾角度：$\pm 20^\circ$ 6. 背板折转角度：$+70^\circ / -40^\circ$ 7. 腿板折转角度：$+20^\circ / -90^\circ$，外折角度$\geq 90^\circ$ 8. 头板折转角度：$+45^\circ / -90^\circ$ 9. 台面平移距离$\geq 300\text{mm}$ 10. 内置腰桥升距$\geq 120\text{mm}$ 11. 其它配置要求： (1) 每张床需配托手架 1 对； (2) 7 张床共需配头架 1 个； (3) 7 张床共需配侧卧手架、侧卧垫 3 套； (2) 每张床需配麻醉屏架 1 个。 (3) 每张床需配基本附件包 1 套（含托腿架 1 对，缚身带 1 个，支身架 1 对，4 个夹持器）。						

