

中标（成交）结果公告需提供资料（服务类）

一、主要标的信息

服务类

名称：许昌市中心医院 GE 牌 REVOLUTION CT 机维保项目

服务范围：设备整机全保，（包括原厂球管及平板探测器）以及该主机下 2 台 AW 工作站的保修。

- 1、提供设备维修保养需要使用原厂专用工具如 X-ray Beam accessory, QAP suitcase, IQST suitcase, EMERGENCY KIT FOR System Control Cabinet 等。
- 2、具备 400 客户服务专线电话，全年 365 天开通，并设有不少于 10 人以上专人接听，每天开通服务时间不少于 12 小时。
- 3、可显示全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂 service key 才能解决的设备故障。
- 4、提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明，保修期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证 所有系统软件为最新版本。
- 5、有全职的原厂证合格的 GE CT 临床应用培训人员，提供姓名。并能以现场的和远程的形式，提供临床扫描、图像处理 and 相应业务拓展的专业支持。
- 6、提供数字化远程诊断与维修服务，基于专用路由器，宽带一接入式的远端服务器实时自动监测，OnWatch 前瞻性预警服务，远程工程师每天会人工登录在保设备协助发现设备潜在故障。
- 7、提供基于宽带接入的 CT 原厂的 InSiteTM 数字化远程故障筛排系统：提前预知球管打火/预热失败/阳极旋转失效/灯丝断路，球管使用量;数据采集系统 46.1 (Detector/DAS)短路/断路,工作温度超标,编码器失效;图像重建 (Recon)、重建速度变慢，重建失败;硬盘(Harddisk)磁盘阵列损坏;帮医院提

早做计划，无计划外停机。

8、提供基于专用路由器，宽带接入式的远端服务器实时自动监测标的设备温湿度实时曲线的软件及硬件,具备对标的设备的电气环境进行 24 小时实时监测能力。

9、需提供设备运行环境监控如温度，湿度。

10、需提供设备运行分析管理平台。

11、需提供对 GE 品牌设备关键部件的监控，电子计算机断层扫描设备(CT))关注磁盘空间，重建系统，球管曝光量等参数。

12、支持记录设备使用量统计，如扫描部位等。

13、提供的应用服务可适配 PC 机和手持移动终端设备。

14、需提供设备维保记录与提醒功能。

15、需提供报修状态提醒功能(适用于 PC 机和手持移动终端设备)

16、需提供设备保养预约提示以及历史纪录

17、支持二维码资产管理以及扫码报修

18、需提供设备合同状态查询

19、须每年提供 2 次设备科长管理培训/医院工程师培训/临床课堂培训等培训。

20、每年提供设备定期保养 4 次，并提供符合原厂技术要求的保养

21、能合法获得、完整使用有效的原厂高级故障诊断维修钥匙(Service Key),以解决相应故障。

服务要求：需提供设备原厂售后维保服务，保证更换的所有部件为原厂备件，并出具承诺书。

服务时间：三年

服务标准：1、由采购人成立验收小组：采购人在收到供应商项目验收建议之日起 7 个工作日内，由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行实质性验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

2、符合招标文件要求和投标文件承诺。

二、中标（成交）人统一社会信用代码证编号：91310000607327827A

三、附件

1. 中标（成交）分项报价一览表（包含中标（成交）标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）

项目编号：ZFCG-G2021140 号

项目名称：许昌市中心医院 GE 牌 REVOLUTION CT 机维保项目

序号	名称	规格型号	保修年限	单位	数量	单价	总价	厂家
1	许昌市中心医院 GE 牌 REVOLUTION CT 机 维保项目	REVOLUTION CT	三年	年	壹	189500 0	568500 0	通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司
服务要求		需提供设备原厂售后维保服务，保证更换的所有部件为原厂备件，并出具承诺书。						
合 计		大写：伍佰陆拾捌万伍仟元 小写：5685000元						

2. 中标、成交供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》☒ 否 ☐ 是（如是请提供）

3. 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》☒ 否 ☐ 是（如是请提供）

备注：1、此表及附件由中标（成交）人填报并加盖公章扫描为 PDF 格式，连同此表 word 电子版转采购人。